

nox medical

noxturnal

MANUAL

Nederlands

Handleiding Noxturnal

Versie 4.5

Meest recente revisie: 2025-04

Copyright © 2025

Nox Medical - Alle rechten voorbehouden

Gefabriceerd door:

Nox Medical ehf

Katrinartuni 2

IS - 105 Reykjavik

IJsland

Website: www.noxmedical.com

E-mail: support@noxmedical.com

nox medical

Ga voor distributeursinformatie naar:

www.noxmedical.com

CE 2797

Copyrightvermelding

Geen deel van deze publicatie mag in enigerlei vorm of met enigerlei middelen worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een opzoeksysteem of vertaald in een taal of computertaal: elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nox Medical.

Inhoud

Inleiding	6
Beoogd gebruik	6
Contra-indicaties	6
Reikwijdte	6
Waarschuwingen en aanwijzingen voor gebruik	7
Beschrijving van Noxturnal	8
Beschrijving Noxturnal-app	8
Ondersteunde apparaten	8
Installatie van Noxturnal	8
Systeemeisen voor Noxturnal	9
Minimum systeemeisen	9
Installatie-instructies	9
Standaardbediening	11
Een Nox-registratieapparaat op Noxturnal aansluiten	12
De firmware van het registratieapparaat upgraden	12
Starten van een nieuwe ambulante registratie.	13
Registratietypen	17
Apparaatprofielen	21
Een ambulante registratie van een Nox-registratieapparaat downloaden	25
Instellen van het Nox-slaapsysteem voor onlineregistraties	27
Netwerkoverzicht onlinesysteem	27
Onlinesysteemconfiguratie	30
Onlinekamer	30
Configuratie van nieuwe sensoren	34
Apparaatprofielen voor onlineapparaten	34
Registratietypen voor onlineapparaten	35
Starten van een onlineregistratie	35

Een impedantiecontrole en biokalibratie uitvoeren	37
Nox C1-configuratie	39
Netwerkconfiguratie van het Nox C1-toegangspunt	39
Firmware van het Nox C1-toegangspunt upgraden	40
Activeren van de Nox DC-kanaallicentie	42
Integratie van videoapparaten voor onlineregistraties	43
Een onlinekamer met een videoapparaat instellen	43
Video-codecs	43
Integratie van een videocamera	43
Een registratietype met een videoapparaat instellen	47
Werken met registraties in Noxturnal	50
Registratieresultatenpagina	50
Commando's resultatenpagina	50
Patiëntinformatie	51
Slaapparameters	51
Ademhalingsindices	51
Totale signaalkwaliteit en Single Body Source (enkele lichaamsbron)	52
Signaaloverzicht en parameters	52
Signalen en voorvallen	53
De analyseperioden wijzigen	55
Eenheden instellen	56
Signalen bekijken	58
Menuknop Werkruimte	58
Signaalbladen	59
Werken met signalen	60
Toetsenbordnavigatie	61
Werken met voorvallen	62
Scoretoekenning van een voorval	62

Scoretoekenning met een enkele klik.....	63
Een voorval verwijderen	63
Een voorval verplaatsen	64
De grootte van een voorval wijzigen	64
Door voorvallen navigeren	64
Voorvallen die artefacten overlappen	65
Analyseprotocollen	66
Werken met scoretoekenningen	67
Nieuwe scoretoekenning	68
Een scoretoekenning selecteren.....	69
Scoretoekenning opslaan.....	69
Scoretoekenning wissen	69
Geselecteerde scoretoekenning verwijderen	69
Scoretoekenning toetsenbordsneltoetsen	70
Noxturnal-rapporten.....	70
Rapporten genereren	70
Rapporten aanpassen	70
Rapportonderdelen en rapportvelden	72
Een nieuw rapportonderdeel aanmaken	72
Een nieuw rapportveld aanmaken	74
Rapportonderdelen en -velden aan rapporten toevoegen	76
Koptekst en voettekst van een rapport	76
Rapporten exporteren	77
Rapporten afdrukken	78
De registratiebibliotheek	78
Registraties archiveren	78
Enkele lichaamsbron	78
Compatibele apparaten	80

Schakelaars, IP-camera's en microfoons	80
Ondersteunde hulppapparaten	80
Regelgevingsinformatie	81
Prestatietests en validatieoverzicht.....	81
Beschrijving van symbolen en afkortingen	81
Over deze informatie	83
Bijlage	84
Standaard afgeleide signalen	84
Automatisch analyseoverzicht	87

Inleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van de Noxturnal® toepassingssoftware. De Noxturnal-software is een modern slaapdiagnostieksoftwareplatform bedoeld voor gebruiksgemak en een efficiënte bediening. De Noxturnal-software is een essentieel onderdeel van de Nox Sleep Assessment Systems (Nox-slaapbeoordelingssystemen). De belangrijkste functie ervan is het werken met fysiologische signalen die worden geregistreerd/ontvangen met behulp van apparaten van Nox Medical (zie het hoofdstuk Ondersteunde apparatuur) en de eraan gekoppelde apparaten en accessoires. Het neemt de gebruiker mee door de werkstroom van het configureren van registraties, het downloaden van gegevens, analyseren en rapporteren.

Beoogd gebruik

Het Nox-slaapsysteem wordt gebruikt als hulpmiddel voor de diagnose van verschillende slaapstoornissen en voor de beoordeling van slaap.

Het Nox-slaapsysteem wordt gebruikt voor het meten, registreren, weergeven, ordenen, analyseren, samenvatten en ophalen van fysiologische parameters tijdens de slaap en het wakker zijn van patiënten ouder van 2 jaar en ouder.

Met het Nox-slaapsysteem kan de gebruiker de complexiteit van het onderzoek bepalen door te variëren met het aantal en het type te meten fysiologische signalen.

Met het Nox-slaapsysteem kunnen gebruikersrapporten/voorgedefinieerde rapporten worden gegenereerd op basis van de gegevens van de betrokkene.

De gebruikers van het Nox-slaapsysteem zijn medische professionals die zijn getraind in ziekenhuis-/klinische procedures, fysiologische monitoring van mensen of onderzoek naar slaapstoornissen.

De beoogde omgevingen zijn ziekenhuizen, instellingen, slaapcentra, slaapklinieken en andere testomgevingen, waaronder de woonomgeving van de patiënt.

Contra-indicaties

Het Nox-slaapsysteem geeft geen alarmen af en is niet bedoeld voor continue monitoring wanneer storing kan leiden tot letsel of overlijden van de patiënt.

Reikwijdte

In deze handleiding wordt het gebruik van de Noxturnal-software beschreven. Het gebruik van de Nox-apparaten en de bijbehorende accessoires die nodig zijn voor de registratie van fysiologische signalen worden beschreven in:

- Handleiding Nox A1
- Handleiding Nox A1s
- Handleiding Nox C1
- Handleiding Nox T3
- Handleiding Nox T3s

Deze handleiding bevat ook een korte inleiding over de Noxturnal-app en haar functies.

Waarschuwingen en aanwijzingen voor gebruik

- ▶ Waarschuwing: De Nox-slaapbeoordelingssystemen zijn **NIET GECERTIFICEERD VOOR GEBRUIK VOOR CONTINUE MONITORING** wanneer storing kan leiden tot letsel of overlijden van de patiënt.
- ▶ Waarschuwing: De Nox-slaapbeoordelingssystemen zijn bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van slaapstoornissen. De systemen moeten worden gebruikt in combinatie met andere methoden voor de beoordeling van klinische tekenen en symptomen.
- ▶ NB: Automatische analyse kan minder nauwkeurig zijn dan analyse uitgevoerd door een opgeleide arts. Voordat een diagnose wordt gesteld moet het resultaat van de automatische analyse/scoretoekenning altijd handmatig door een opgeleide arts worden geverifieerd.
- ▶ Waarschuwing: Afgeleide signalen die door Noxturnal zijn berekend, met name hartslag en ademhalingsfrequentie, op basis van de onderliggende elektrocardiogram (ECG) en ademhalingsinspanningssignalen, zijn niet gevalideerd voor patiënten met diafragma-pacing/frenische-zenuwstimulators.
- ▶ Waarschuwing: De Nox A1-, A1s-, T3- en T3s-recorders mogen onder geen beding op de USB-poort van de pc worden aangesloten terwijl de patiënt nog op de recorder is aangesloten. Dit kan leiden tot een elektrische schok bij de patiënt en ernstig letsel veroorzaken.



- ▶ Lees deze handleiding voorafgaand aan gebruik zeer goed door, en in het bijzonder de paragrafen voorzien van een uitroepteken.

Beschrijving van Noxturnal

De Noxturnal-software werkt met de Nox-registratieapparaten en Nox-toegangspunten. Met de software kunnen de apparaten worden geconfigureerd en daarnaast kan het de signalen die worden geregistreerd/ontvangen door de Nox-apparaten weergeven, navigeren, organiseren, analyseren, rapporteren, archiveren en ophalen. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kenmerken van de toepassing en de installatieinstructies.

Beschrijving Noxturnal-app

De Noxturnal-app is een Android-applicatie die wordt gebruikt als een mobiele interface voor de Nox A1-recorders en de Nox C1-toegangspunten. Met de app kan de gebruiker verschillende taken die al bekend zijn in de Noxturnal-software flexibeler en dichter bij de patiënt uitvoeren.

De app bevat de volgende functies:

- Ambulante registraties configureren
- Verbinden met onlinekamers die in Noxturnal zijn geconfigureerd
- De signaalkwaliteit beoordelen
- Een impedantiecontrole uitvoeren
- Biokalibratie uitvoeren
- Registraties starten en stoppen
- De status van onlineregistraties bekijken (Recording, Standby, Not Prepared (registreren, standby en niet voorbereid))



NOXTURNAL APP

Scan this QR code with your mobile device for easy access to the app. You can also search for "Noxturnal" in the Google Play Store.



Scan om de app te downloaden de QR-code hierboven of zoek op "Noxturnal" in de Google Play Store. De app draait op mobiele apparaten met Android 8.0 of hoger.

Ondersteunde apparaten

Noxturnal ondersteunt de volgende Nox-apparaten en de bijbehorende apparatuur en accessoires:

- Nox A1-recorder
- Nox A1s-recorder
- Nox C1-toegangspunt
- Nox T3-recorder
- Nox T3s-recorder

In deze handleiding wordt de term Nox-recorder gebruikt als verzamelnaam voor de Nox A1-, Nox A1s-, Nox T3- en Nox T3s-recorders.

Verder wordt in deze handleiding de term Nox T3-recorders gebruikt als verzamelnaam voor de Nox T3-recorder en Nox T3s-recorder. De term Nox A1-recorders wordt gebruikt als verzamelnaam voor de Nox A1-recorder en Nox A1s-recorder.

Installatie van Noxturnal

Bestudeer voorafgaand aan de installatie van de Noxturnal-software de systeemeisen voor het uitvoeren van de softwaretoepassing.

Systeemeisen voor Noxturnal



- ▶ NB: De gebruikte computer moet in overeenstemming zijn met de internationale norm IEC 60950-1 voor de veiligheid van informatietechnologieapparatuur.
- ▶ NB: Er wordt aanbevolen om een virusbescherming te installeren op de computer waarop Noxturnal wordt uitgevoerd.

De volgende tabel toont de minimum hardware-eisen voor effectieve installatie en gebruik van de software.

Minimum systeemeisen

Type hardware	Minimum eisen
Besturingssysteem	Windows 10
Processor	Op x64 gebaseerde Intel of AMD
Processorkloksnelheid	1,7 GHz of sneller
Geheugen	2 GB of meer
Vrije ruimte op de harde schijf	4 GB of meer
Grafische resolutie	1024x768 of hoger

Voor online systeeminstallatie gelden dezelfde minimum systeemeisen als hierboven genoemd. Het wordt met klem aanbevolen om voor elk onlinesysteem een andere computer te gebruiken. Voor ervaren gebruikers is het echter mogelijk om meer dan één systeem op dezelfde computer uit te voeren.

Het wordt aanbevolen om goede IT-praktijken te implementeren, zoals:


- Beheer de toegang tot de pc waarop het systeem draait
- Dwing een wachtwoordbeleid af
- Houd het besturingssysteem van de pc up-to-date
- Volg de data voor het einde van de ondersteuning van Microsoft Windows
- Installeer antivirussoftware
- Beperk het gebruik van de pc alleen voor klinisch gebruik
- Back-uplocatie van opnamegegevens - Noxturnal zorgt niet voor back-ups van gegevens

NB: Bij verbindingen met externe systemen zoals Nox Cloud, GDT of HL7, fungeert Noxturnal als client waarbij op de bestaande systeeminstallatie wordt vertrouwd als beveiliging.

Installatie-instructies

- Zorg dat u met beheerdersprivileges bent ingelogd in het systeem.
- Blader naar een bestand op de installatie-cd of de installatiewebsite met de naam **Setup.exe** en voer het uit.
- Een wizard wordt geopend die de gebruiker door de installatie leidt. Volg de instructies voor het installeren van de toepassing. Als u een upgrade uitvoert vanuit Noxturnal 5.x, draait op de

achtergrond een upgradeproces. Het upgraden van de gebruikerstoepassingsinstellingen. Voorafgaand aan de upgrade is een kopie van de instellingen opgeslagen in "[My Documents]\NoxturnalUpgrade".




- ▶ Neem voor informatie over de nieuwste softwareversie en upgrade-informatie contact op met uw distributeur. Ga voor distributeursinformatie naar: www.noxmedical.com.
- ▶ Neem voor operationele ondersteuning in het geval van gebruikersfouten, cybersecurity-incidenten of andere voorvallen contact op met support@noxmedical.com.

Standaardbediening

Om de Noxturnal-toepassing uit te voeren, dubbelklikt u op het desktoppictogram of klikt u op het pictogram van de toepassing in het Windows-startmenu. Om de toepassing af te sluiten, klikt u op de **X** in de rechterbovenhoek of kiest u **Exit (Afsluiten) in het menu File (Bestand)**.

Als Noxturnal opstart, wordt de werkkruimteomgeving weergegeven. Als u een apparaat hebt aangesloten, ziet u het in de afbeelding, anders wordt geen apparaat weergegeven. Voor dit document hebben we een Nox T3-recorder aangesloten, zoals in de afbeelding te zien is.



Op de pagina **Recording** (Registratie) werkt de gebruiker met Nox-apparaten en de gegevens die door deze apparaten zijn geregistreerd/ontvangen. Deze pagina leidt de gebruiker door de meest gangbare taken die in de toepassing kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn:

- **Library** (Bibliotheek): Deze optie ziet u in de linkerbovenhoek. Deze optie opent de registratiebibliotheek. De bibliotheek bevat een lijst van alle registraties die zijn vastgelegd, gedownload of handmatig toegevoegd aan de registratiebibliotheek. Zie voor meer informatie de paragraaf *De registratiebibliotheek*.
- **Configure Device** (Apparaat configureren): selecteer deze optie om een nieuwe ambulante registratie te starten. Een configuratiewizard leidt de gebruiker door het configuratieproces. Zie voor meer informatie de paragraaf *Een nieuwe ambulante registratie starten*.
- **Download Recording** (Registratie downloaden): Als een registratieapparaat is aangesloten dat een registratie bevat, kan de gebruiker de registratie downloaden en beoordelen. Zie voor meer informatie de paragraaf *Een ambulante registratie downloaden van een Nox-registratieapparaat*.

Om een onlineregistratie te configureren, moet een onlinekamer worden voorgeconfigureerd en zal deze worden weergegeven op de Registratiepagina en selecteerbaar zijn. Zie voor instructies over het configureren van een onlineregistratie de paragraaf *Instellen van het Nox-slaapsysteem voor onlineregistraties*.

Een Nox-registratieapparaat op Noxturnal aansluiten



- NB: Hoewel wordt aanbevolen om het registratieapparaat via Eject (Uitwerpen) te ontkoppelen kan het ook zonder Eject van de computer worden ontkoppeld.

Noxturnal wordt gebruikt voor het configureren en downloaden van geregistreerde data van Nox registratieapparaten. Om te werken met een registratieapparaat begint u door het aan te sluiten op de computer met behulp van een USB-kabel. Noxturnal detecteert automatisch het apparaat en geeft informatie weer over het apparaat. Detectie kan 2 tot 4 seconden duren.

Wanneer Noxturnal het aangesloten apparaat detecteert, wordt de volgende informatie over het apparaat weergegeven: **recording status (registratiestatus)**, **firmware version** (firmwareversie) en **device name** (apparaatnaam).

De op het registratieapparaat uitgevoerde taken zijn afhankelijk van de status van het apparaat, die als volgt kan zijn:

- **Empty** (Leeg) - Het apparaat is niet geconfigureerd en bevat geen registraties. Klik op **Configure Device** (Apparaat configureren) om het apparaat te configureren voor een nieuwe registratie. Houd er rekening mee dat bestaande registraties van het apparaat worden verwijderd als het apparaat wordt geconfigureerd.
- **Ready to Record** (Gereed voor registratie) - Het apparaat is geconfigureerd maar bevat geen registraties. Vanaf dit punt kan de gebruiker het apparaat ontkoppelen en het registratieproces starten.
- **Ready to Download** (Gereed voor downloaden) - Het apparaat bevat een registratie die nog niet naar de computer is gedownload. Klik op de knop **Download Recording** (Registratie downloaden) om de registratie naar de computer te downloaden.
- **Download Complete** (Downloaden voltooid) - Het apparaat bevat een registratie die al is gedownload en al aan de registratiebibliotheek is toegevoegd. Op dit punt kan de gebruiker klikken op **Configure Device** (Apparaat configureren) om het apparaat te configureren voor een andere registratie of klikken op **Download Recording** (Registratie downloaden) om de registratie opnieuw te downloaden.


Als u klaar bent met het werken met het apparaat klikt u op de koppeling **Eject** (Uitwerpen) en ontkoppelt u het apparaat van de computer.

De firmware van het registratieapparaat upgraden



- NB: Nadat u op de notificatie "Upgrade firmware" hebt geklikt, moet u het registratieapparaat van de computer ontkoppelen en weer opnieuw aansluiten. De upgrade van de firmware van het apparaat vindt dan plaats.
- NB: Het wordt altijd aanbevolen om de firmware-upgrade uit te voeren, om er zeker van te zijn dat de Nox-recorder op de meest recente firmwareversie draait. Nieuwe firmwareversies kunnen belangrijke updates bevatten voor het functioneren van de recorder.

Als er een nieuwe firmwareversie voor het apparaat beschikbaar is, zal Noxturnal de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Dit gebeurt apparaatonafhankelijk en u ziet het type apparaat op deze pagina, afhankelijk van welk apparaat u hebt aangesloten. In deze afbeelding hebben we een Nox T3-recorder aangesloten.



Kies ervoor om deze melding te negeren en door te gaan met werken of om de apparaatfirmware te upgraden. Dit laatste wordt altijd aanbevolen. Om de upgrade uit te voeren, klikt u op **New firmware available** en volgt u de getoonde instructies op.

Starten van een nieuwe ambulante registratie.

Om een registratieapparaat gereed te maken voor een nieuwe registratie start u de Noxturnal-toepassing en sluit u het apparaat met een USB-kabel aan op de computer. Noxturnal detecteert automatisch het apparaat en geeft de gegevens ervan weer op de pagina **Recording** (Registratie). Klik op de knop **Configure Device** (Apparaat configureren) op de pagina **Recording (Registratie)**. Een wizard wordt geopend die de gebruiker begeleidt bij het configuratieproces van het apparaat.

De configuratiewizard is apparaatafhankelijk. Dit betekent dat de configuratiewizard varieert afhankelijk van het type Nox-registratieapparaat dat wordt geconfigureerd. De belangrijkste stappen zijn echter altijd hetzelfde:

1. **Configuratie** van het apparaat. Waar u het Recording Type (Registratietype) kiest (hulpapparatuur die kan worden aangesloten en te registreren kanalen).
2. **Schedule Recording** (Registratie plannen), waar u de tijd en datum kunt selecteren voor het opstarten van een registratie of waar een patiënt de registratie zelf kan starten.
3. **Patient Information** (Patiëntinformatie), waar u de noodzakelijke patiëntinformatie voor de registratie toevoegt.

Deze handleiding toont de configuratiewizard voor de Nox T3-recorder. De eerste stap is definiëren welk registratietype voor de registratie moet worden gebruikt. De registratietypen hebben beschrijvende namen die aanduiden voor welke registraties ze worden gebruikt.

Zie de paragrafen *Registratietypen en Apparaatprofielen* voor meer informatie over het aanmaken en bewerken van registratietypen en apparaatprofielen.

Nox T3 Configuration

Recording Type

1 2 3
Recording Type Schedule Recording Patient Information

Recording Type:
Nox BodySleep

Other Devices:

Nonin 3150 BLE Oximeter

BDA: _____

Pair with Oximeter

Make sure the oximeter is turned on by pressing the button on top of the device.

[See channels:](#)

Next > Finish Cancel

Als uw registratietype is ingesteld voor het registreren van gegevens van een Bluetooth-hulpapparaat, bijv. een pulsoximeter, zult u dat in de configuratiewizard zien. Om een Bluetooth-hulpapparaat te kunnen gebruiken, moet dit apparaat gekoppeld worden aan het Nox-registratieapparaat. Voer de juiste Bluetooth apparaat-pincode/het juiste BDA-nummer (Bluetooth Device Address-nummer) in het betreffende veld in de configuratiewizard in.

Voor sommige apparaten is het nodig om het apparaat te koppelen aan de gebruikte oximeter. Na het invoeren van het BDA-nummer van de oximeter, klikt u op de knop **Pair with Oximeter** (Koppelen met oximeter) en wacht u op het antwoord. Om deze stap uit te kunnen voeren, moet de oximeter worden ingeschakeld door de knop van de oximeter in te drukken. Volg de instructies op het scherm op.

Klik op **Next** (Volgende) om verder te gaan naar stap twee, waar u de registratietijd plant.

- Als de optie **By Connecting Nox RIP Belts (Start on Belt)** (Registratie starten door aansluiting Nox RIP-banden) aangevinkt staat, start de registratie wanneer de gebruiker de Nox RIP-banden aansluit op het Nox-registratieapparaat. Bij deze optie is de duur Unspecified (Onbepaald), aangezien de registratie stopt wanneer de band van de recorder wordt losgehaald. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Nox T3s- en A1s-apparaten met firmware 3.1.0 of nieuwer.
- Als de optie **By Pressing button (Manual)** (Registratie starten door indrukken knop (handmatig)) aangevinkt staat, is de gebruiker verantwoordelijk voor het starten/stoppen van de registratie van het Nox-registratieapparaat. Dit wordt gedaan door de **Push** knop op het apparaat ingedrukt te houden tot het scherm van het apparaat aangeeft dat de registratie is gestart.
- Vink de **At Scheduled Date (Geplande start)**: optie aan om een specifieke registratiemoment in te plannen. Het apparaat schakelt zichzelf op de aangegeven tijd automatisch in en begint met registreren. Als de gebruiker ervoor kiest meer dan één nacht te registreren zal de registratie elke nacht om dezelfde tijd beginnen.
- Om na een specifieke duur te stoppen met registreren, specificeert u de **Duration** (Duur) als: **7 uur, 8 uur, 10 uur** of u voert een aangepaste duur in. Als er voor **Unspecified** (Onbepaald) wordt gekozen is de gebruiker verantwoordelijk voor het stoppen van de registratie. Dit wordt gedaan door de **Push** knop op het apparaat ingedrukt te houden tot het scherm van het apparaat aangeeft dat de registratie is gestopt.

Klik op **Next** (Volgende) om door te gaan naar de derde stap, het patiëntinformatiedialogvenster. In dit dialogvenster kan uitgebreide informatie over de patiënt worden ingevoerd. Het enige vereiste veld is de patiëntnaam of het patiënt-id.

Nox T3 Configuration

Patient Information

1 2 3
Recording Type Schedule Recording Patient Information

Name

First: Last: ID:

Gender

☐ Male ☐ Female

Date of Birth

☐ 1. 1. 1960 ☐ N/A

Body Metrics

Height: Weight: BMI:

cm kg

Tags

use ';' to separate multiple tags

Notes

Edit...


Enter Name or ID before Finishing

< Previous Finish Cancel

Nadat u de patiënteninformatie hebt ingevoerd, klikt u op **Finish** (Voltooien) om de configuratie weg te schrijven naar het apparaat.

Als er een registratie op het apparaat staat, wordt de gebruiker gevraagd of hij/zij de registratie van het apparaat wil wissen.

Ten slotte wordt een bevestigingspagina weergegeven ter bevestiging dat het apparaat is geconfigureerd. Voor Nox T3-recorders kunnen de aansluitinstructies worden afgedrukt door te klikken op de knop **Print Hookup Instructions** (Aansluitinstructies afdrukken). Een PDF-document met het aansluitdiagram wordt gegenereerd en kan worden afgedrukt. Als er geen aansluitinstructies beschikbaar zijn, wordt deze optie niet weergegeven.




Registratietypen

Noxturnal biedt een reeks **registratietypen** voor het configureren van zowel ambulante als onlineregistraties. De registratietypen omvatten de apparaatcombinaties die worden gebruikt voor verschillende typen onderzoeken en de apparaatinstellingen. De registratietypen definiëren ook de automatisering voor de verschillende registraties, de relevante werkkruimtelayout, analyse en rapportage die voor de registratie worden gebruikt. In Noxturnal kunt u gemakkelijk uw eigen registratietypen aanmaken om apparaten aan te sturen en de voor registraties gebruikte instellingen te regelen. Volg deze stappen om uw eigen registratietype aan te maken.


1. Selecteer het Nox-registratieapparaat waarvoor u het registratietype aanmaakt en geef aan of dit is bestemd voor ambulante of onlineregistraties.
2. Stel een registratietype in dat de van toepassing zijnde werkkruimtelayout, analyse en rapportage en te gebruiken apparaten en apparaatprofielen bevat.

De wizard Recording Type (Registratietype) is apparaatafhankelijk. Dit betekent dat de wizard varieert afhankelijk van het type Nox-registratieapparaat dat wordt geconfigureerd. De belangrijkste stappen zijn echter altijd hetzelfde:

Navigeer vanuit de Noxturnal taakbalk naar **Devices > Recording Types (Apparaten > Registratietypen)**...




De wizard Recording Type (Registratietype) wordt geopend.




Hier kunt u een **New** (Nieuw) registratietype of een **New Based On** (Nieuw op basis van) één van de beschikbare registratietypen aanmaken en bij eerder zelf aangemaakte registratietypen kiezen voor **Edit** (Bewerken) of **Remove** (Verwijderen). In dit voorbeeld zullen we een nieuw registratietype aanmaken voor de Nox T3-recorder.

Selecteer het registratietype **Nox T3 (ambulatory)** (ambulant) uit de hieronder weergegeven keuzelijst.



De volgende stap is het instellen van een toepasselijk registratietype. In de volgende wizard kunt u uw registratietype instellen.



Voer de **Recording Type Name** (Registratietypenaam) en de **Description** (Beschrijving) van het registratietype in. Kies de gewenste **Workspace Layout** (Werkruimtelayout), **Analysis** (Analyse) en **Report** (Rapportage). U kunt ook hulppapparaten toevoegen. Kies bijvoorbeeld de Nonin 3150 (onder *Device Types* (*Apparatuurtypen*)) en klik op **Add>>** (Toevoegen).

Recording Type
Select device types and settings for a recording

Recording Type Name: Test 1
Description: Standard Nox T3 Recording with the Nonin 3150 Oximeter

Workspace Layout: Respiratory
Analysis: Respiratory Cannula Flow
Report: Respiration Report [AASM 2013]

Device Types

Nonin 3150 Oximeter


Nox T3
Standard T3

Nonin 3150 Oximeter

Add >> Remove

OK Cancel

Het is ook mogelijk om een relevant apparaatprofiel voor dit registratietype rechtstreeks te kiezen in de wizard Recording Type (Registratietype), zie hieronder.



The 'Recording Type' dialog box is used to configure recording settings. It includes fields for 'Recording Type Name' (Test 1), 'Description' (Standard Nox T3 Recording with the Nonin 3150 Oximeter), 'Workspace Layout' (Respiratory), 'Analysis' (Respiratory Cannula Flow), and 'Report' (Respiration Report). Below these are two columns: 'Device Types' with a 'Nonin 3150 Oximeter' button, and a central area with 'Nox T3' and 'Nonin 3150 Oximeter' device icons. A dropdown menu for 'Standard PG' is open, showing options: 'Standard PG', 'Standard PG with ECG', 'Standard PG with Thermocouple', and 'Standard PG without audio'. At the bottom are 'Add >>', 'Remove', 'OK', and 'Cancel' buttons.

U kunt ook aangepaste apparaatprofielen aanmaken. Volg hiervoor de instructies in de paragraaf *Apparaatprofielen*. Zodra u een apparaatprofiel hebt aangemaakt, wordt dit weergegeven in de keuzelijst in de registratietypewizard.

Als u uw registratietype hebt ingesteld, klikt u op **OK** en komt uw aangepaste registratietype beschikbaar voor configuratie.


Apparaatprofielen




► NB: De apparaatprofielenwizards verschillen per Nox-registratieapparaat.

De apparaatprofielen worden aangemaakt voor alle standaardregistraties die u met Nox-apparaten kunt uitvoeren. U kunt ze gebruiken om het apparaatconfiguratieproces te vereenvoudigen.


Vanuit de Noxturnal taakbalk navigeert u naar **Devices > Device Profiles...** (**Apparaten > Apparaatprofielen**)



In de wizard Device Profiles (Apparaatprofielen) wordt een lijst weergegeven van de beschikbare apparaatprofielen voor de Nox-registratieapparaten en het Nox-toegangspunt.



Om een aangepast apparaatprofiel aan te maken, selecteert u New (Nieuw) of New Based On (Nieuw op basis van). U moet dan selecteren voor welk registratieapparaat de template is bestemd of op welk van de huidige apparaatprofielen u uw nieuwe template wilt baseren. In dit voorbeeld zullen we een nieuw apparaatprofiel aanmaken voor de Nox T3-recorder.




In de wizard Profile Properties (Profiel eigenschappen) kunt u het apparaatprofiel instellen. Voer de naam in (en desgewenst een beschrijving).

The screenshot shows the 'Nox T3 Device Profile Wizard' window. It has a title bar 'Nox T3 Device Profile Wizard' and a close button. Below the title bar is a blue header with 'Profile properties' and three numbered steps: '1 Profile', '2 Device Configuration', and '3 Battery Type'. Below the header is a section with the 'NOX T3' logo and a paragraph of text: 'This wizard enables you to create or modify device profiles for the Nox T3 device. The steps include selecting channels to use on the device and to set the respiratory sensors into appropriate modes of operation. The device profile is saved as a part of the Noxturnal device profiles and can be used when starting a new recording.' Below this text are three input fields: 'Name:' with the text 'New Device Profile', 'Device:' with the text 'Nox T3', and 'Description:' with a large text area. At the bottom of the window are three buttons: 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Klik op **Next** (Volgende) om verder te gaan naar de volgende stap.

In de het onderstaande dialoogvenster kunt u de kanaalconfiguratie voor het apparaat instellen. De apparaatconfiguratiedialoog is apparaatafhankelijk. Dit betekent dat de wizard varieert afhankelijk van het type Nox-apparaat dat wordt gebruikt. Als u de kanaalconfiguratie hebt ingesteld, klikt u op **Next (Volgende)**.



Nox T3 Device Profile Wizard

Configure Device

1 Profile 2 **Device Configuration** 3 Battery Type

Audio Recording
☒ Enable Audio Playback

Pressure
☐ Not Used
☒ Nasal Flow
☐ Mask Pressure
☐ Nasal Flow and Mask Pressure

General purpose channels
☐ Channel 1: Abdomen Piezo
☐ Channel 2: Abdomen Piezo

[See channels:](#)

< Previous Next > Finish Cancel

De laatste stap in de configuratie van een Nox-registratieapparaat is het definiëren van het gebruikte batterijtype. Selecteer het van toepassing zijnde batterijtype en klik op **Finish** (Voltooien).

Het apparaatprofiel dat u hebt aangemaakt wordt in de lijst met apparaatprofielen weergegeven en is beschikbaar voor configuratie.

Een ambulante registratie van een Nox-registratieapparaat downloaden




- ▶ NB: Als het downloaden om de een of andere reden deels mislukt, kan dat leiden tot onduidelijke registratieresultaten. De gebruiker zal worden gewaarschuwd als dit gebeurt en moet dan beslissen of de geregistreerde gegevens al dan niet volledig zijn. Het is mogelijk om de gegevens nogmaals te downloaden vanaf het apparaat.
- ▶ NB: De gedownloade registratie wordt pas van het apparaat verwijderd als het apparaat voor een andere registratie wordt geconfigureerd.

Om geregistreerde gegevens van een Nox-registratieapparaat naar de computer te downloaden, moet u ervoor zorgen dat Noxturnal draait en vervolgens een apparaat op een USB-poort van de computer aansluiten.

Noxturnal detecteert automatisch het apparaat en geeft de informatie ervan weer op de **Recording Page** (Registratiepagina). Detectie kan 2 tot 4 seconden duren.

Klik op de knop **Download Recording** (Registratie downloaden) op de **Recording Page** (Registratiepagina) en Noxturnal zal beginnen met het downloaden van de registratie vanaf het apparaat naar de computer. Een dialoogvenster met de downloadvoortgang wordt weergegeven. Deze toont de stappen van het downloadproces. De gegevens worden eerst gedownload en vervolgens wordt het standaardanalyseprotocol uitgevoerd en als het apparaat is geconfigureerd voor het registreren van audio, dan start de audiodownload.



Na het downloaden wordt de gebruiker op de hoogte gesteld en kan deze beginnen te werken met de gehele registratie.

Het downloaden van registraties vindt altijd plaats naar de standaard gegevensopslaglocatie. Het is mogelijk om de standaard gegevensopslaglocatie te wijzigen op het automatiseringstabblad in het dialoogvenster met beschikbare tools (**Tools > Settings > General** (Tools > Instellingen > Algemeen)). Na het downloaden worden registraties automatisch toegevoegd aan de registratiebibliotheek en kunnen ze op elk moment worden bestudeerd door naar de registratiebibliotheek te gaan en deze te openen. Zie voor meer informatie de paragraaf *De registratiebibliotheek*.

Instellen van het Nox-slaapsysteem voor onlineregistraties

Netwerkoverzicht onlinesysteem

Houd onderstaande aanbevolen systeeminstellingen aan voor een stabiele werking van de online functionaliteit voor het Nox-slaapsysteem.

- Het wordt aanbevolen om voor elk onlinesysteem een andere computer te gebruiken. Het is echter mogelijk om meer dan één systeem te draaien op één computer. Zie de paragraaf *Minimum systeemeisen* voor details.
- Gebruik een apart Local Area Network (LAN) voor elk Nox C1-toegangspunt en een computer waar de Noxturnal-software op draait.
- Gebruik een apart Nox C1-toegangspunt voor elke te gebruiken Nox A1-recorder.

De onderstaande tabel beschrijft de opstelling van de controlekamer waar de computer met Noxturnal geïnstalleerd is.


Controlekamer	
Item	Aansluiting
PC	Met een netwerkkabel aangesloten op hetzelfde netwerk als het Nox C1-toegangspunt.
Noxturnal	Geïnstalleerd op een pc

De onderstaande tabel beschrijft de opstelling van een patiëntkamer waar de patiënt slaapt tijdens een slaaponderzoek.

Patiëntkamer			
Itemnaam	Beschrijving	Functie	Opstelling/aansluiting
Nox C1-toegangspunt	Bluetooth-toegangspunt met analoge en seriële inputs en ingebouwde lichtsensor en differentiële druksensor.	▶ Gegevensoverdracht ontvangen van Nox A1 via een Bluetooth-verbinding en via ethernet naar Noxturnal doorgestuurd. ▶ Opdrachten ontvangen van Noxturnal via ethernet en door middel van een Bluetooth-verbinding naar Nox A1 doorgestuurd. ▶ Gegevensoverdracht ontvangen van hulpparaten verbonden met analoge en/of seriële inputs en via ethernet	Die zich in de patiëntkamer bevinden. Aangesloten op hetzelfde LAN als de pc waarop de Noxturnal-software draait.

		naar Noxturnal doorgestuurd.	
Nox A1-recorders en de van toepassing zijnde sensoren	Registratieapparaat dat voor verschillende typen slaaponderzoeken kan worden geconfigureerd.	Registreert fysiologische signalen van ingebouwde en aangebrachte sensoren.	Aangesloten op de patiënt in de patiëntkamer.
Medische hulpapparaten	Elk medisch hulpapparaat dat overeenkomt met de inputkanaalspecificatie s van het Nox C1- toegangspunt. Medische hulpapparaten die worden ondersteund door het systeem voor verbinding met de Nox A1-recorders via Bluetooth-koppeling	Afhankelijk van het gebruikte hulpapparaat	De relevante aansluitkabel aangesloten op de analoge/seriële/USB- input op het Nox C1- toegangspunt. Via Bluetooth-koppeling naar de Nox A1- recorders
Noxturnal-app	Android-app	Kan worden gebruikt voor het verbinden met onlinekamers, het beoordelen van signalen en het uitvoeren van biokalibratie en impedantiecontrole. Kan ook voor het starten en stoppen van registraties worden gebruikt.	De app instellen op onlinemodus en verbinding maken met de betreffende onlinekamer

De afbeelding hieronder toont een overzicht van de online opstelling van het Nox-slaapsysteem.



Het Nox C1-toegangspunt wordt bestuurd door de Noxturnal-software.

Voor verdere instructies over het Nox C1-toegangspunt en de Nox A1-recorders, zie de Nox C1-handleiding en de Nox A1/A1s-handleiding.

Zie de paragraaf "Compatibele apparaten" voor de typen ethernetapparatuur en -schakelaars die goedgekeurd zijn voor het Nox-slaapsysteem.

Onlinesysteemconfiguratie

In dit hoofdstuk wordt het instellen van het Nox-slaapsysteem voor onlineconfiguratie beschreven. Overtuig u er eerst van dat u alle benodigde apparaten en accessoires hebt geïnstalleerd, zoals het Nox C1-toegangspunt, ethernetkabels en dergelijke. Zie de handleiding van de Nox C1 voor meer informatie over het instellen van uw netwerk, waaronder het Nox C1-toegangspunt.

Voor het instellen van het Nox-slaapsysteem voor onlineregistratie moet u de volgende stappen voor zover toepasbaar uitvoeren:


1. Instellen **onlinekamers**
2. Configuratie nieuwe **sensoren**
3. Instellen **apparaatprofielen**
4. Instellen **registratietypen**

Deze stappen worden hieronder genoemd. Door deze stappen te volgen, kunt u beginnen met uw onlineregistratie en vervolgens beginnen met het werken met de signalen in Noxturnal.


Onlinekamer

Het instellen van een onlinekamer maakt deel uit van de instelling van Noxturnal voor onlineregistraties. De onlinekamer betreft een verzameling apparaten die u normaal gesproken in een kamer bij elkaar houdt. Dit kunnen bijvoorbeeld alle apparaten zijn die u in een speciaal voor slaaponderzoeken ingerichte ziekenhuiskamer bij de hand hebt.

Om een nieuwe kamer toe te voegen, selecteert u **Devices > Online Rooms...** (Apparaten > Onlinekamers...) vanuit de Noxturnal taakbalk. Het dialoogvenster **Rooms** (Kamers) verschijnt dan.




Van hieruit kunt u een nieuwe kamer toevoegen of een bestaande bewerken. Om een nieuwe kamer toe te voegen, klikt u op **Add Room** (Kamer toevoegen). In het onderstaande dialoogvenster kunt u de nieuwe kamer een naam geven door te klikken op het potloodpictogram en apparaten toevoegen aan uw kamer door te klikken op **Add Devices** (Apparaten toevoegen).




In de wizard **Add Devices** (Apparaten toevoegen) kunt u apparaten aan uw kamer toevoegen. Om een apparaat toe te voegen, selecteert u het relevante apparaat uit de lijst **Device Types** (Apparaattypen) en klikt u op **Add >>** (Toevoegen) of dubbelklikt u op het apparaat in de lijst. U kunt scannen op aangesloten IP-apparaten op uw netwerk door te klikken op **Scan for IP Devices** (Scan op IP-apparaten).

Als u een Nox A1-recorder toevoegt, moet u het relevante Nox C1-toegangspunt selecteren dat in de kamer wordt gebruikt en klikken op **Scan** voor uw Nox A1-recorder of handmatig het serienummer van de A1 invoeren. Vergeet niet om voor deze stap uw A1-recorder in te schakelen. Selecteer uw recorder uit de lijst en klik op **Next** (Volgende).

Als u een selectie van apparaten hebt toegevoegd aan de verzameling van beschikbare apparaten, kunt u de apparaten selecteren die u wilt toevoegen aan uw Onlinekamer.




Om apparaten te selecteren voor toevoeging aan uw kamer klikt u op het betreffende apparaat. Geselecteerde apparaten worden gemarkeerd door een blauw kader. Als u alle gewenste apparaten hebt geselecteerd, klikt u op **Add to Room** (Aan kamer toevoegen), waarna uw kamer met deze selectie aan apparaten wordt uitgebreid.




Nu hebt u de configuratie van de onlinekamer voltooid. Als u nog meer kamers wilt toevoegen voert u bovenstaande stappen nogmaals uit.

Configuratie van nieuwe sensoren

Als u nieuwe sensorconfiguraties wilt aanmaken, bijvoorbeeld voor gebruik met het Nox C1-toegangspunt, kunt u dat doen door te navigeren naar **Devices > Sensors...** (Apparaten > Sensoren) vanuit de Noxturnal taakbalk.



Vanuit de wizard **Manage Sensors** (Sensoren beheren) kunt u een nieuwe sensor aanmaken en bestaande sensoren bewerken/verwijderen. Om een nieuwe patiëntsensor of hulpapparaatsensor aan te maken, klikt u op **New** (Nieuw). Patiëntsensoren zijn sensoren die zijn verbonden met de Nox A1-, T3, of T3s-recorders en de patiënt. Hulpapparaatsensoren zijn verbonden met het Nox C1-toegangspunt en een hulpapparaat.



U kunt selecteren of een nieuwe patiëntsensor of een hulpapparaatsensor moet worden aangemaakt. Vul de relevante velden in en klik op **OK** om de sensorconfiguratie op te slaan.

Apparaatprofielen voor onlineapparaten

Voor de Nox-apparaten die voor onlineregistraties worden gebruikt kunt u **apparaatprofielen instellen**. De apparaatprofielen bevatten de kanaalconfiguratie van het apparaat. Noxturnal biedt een reeks standaard


apparaatprofielen aan en u kunt ook gemakkelijk nieuwe apparaatprofielen instellen. Zie voor instructies over het zelf aanmaken van apparaatprofielen de paragraaf *Apparaatprofielen*.

Registratietypen voor onlineapparaten

De laatste stap is het instellen van **registratietypen**. Dit is een lijst van de typen registraties die u online registreert in uw kliniek. Elk **registratietype** is een verzameling beschikbare online-apparaattypen die samen worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: De **Standaard PSG met Nox C1** omvat een Nox C1-toegangspunt, een Nox A1-recorder, een Nonin 3150-oximeter en een videocamera. Zie voor instructies over het instellen van een nieuw registratietype de paragraaf *Registratietypen*.

Starten van een onlineregistratie

Als u de bovenstaande stappen voor het instellen van uw onlineconfiguratie hebt voltooid, kan een onlineregistratie worden gestart. Vanuit de **registratiepagina** kunt u een onlineregistratie starten binnen de kamer die u hebt ingesteld. Om de registratie te starten, dubbelklikt u op het kamerpictogram of klikt u op **Configure Recording (Registratie configureren)**.



Hierdoor wordt de wizard **Start Online Recording** (Onlineregistratie starten) weergegeven. Met deze wizard kunt u:

- Het uit te voeren **registratietype** selecteren uit de keuzelijst.
- De selecteerbare **apparaten** zijn afhankelijk van het gekozen **registratietype**. Alle in de onlinekamer beschikbare apparaten zijn zichtbaar, maar apparaten die geen deel uitmaken van het registratietype zijn grijs gemaakt. U kunt de uitgeschakelde apparaten in de registratie opnemen door het aanvinken van de desbetreffende hokjes in de lijst van apparaten.
- Selecteer **Device Profile** (Apparaatprofiel) voor een aantal apparaten, bijvoorbeeld de Nox A1 en de Nox C1.

Start Online Recording

Select Recording Type

Recording Type: MSLT with Nox C1

Devices

Device	Profile	SN	IP	License	Selected
Nox A1	Standard PSG	992901900			☒
Nox C1	Ambient Light Sensor		192.168.101.10	DC Licensed	☒

Next > Standby Mode Start Recording Cancel

Als u eenmaal uw **registratietype** en de juiste apparaten samen met hun **apparaatprofielen** hebt geselecteerd, kunt u op **Next** (Volgende) klikken om naar de patiëntinformatie te gaan. De laatste stap is het starten van de registratie en dat doet u door te klikken op **Start Recording** (Registratie starten) of op **Standby** binnen de wizard **Patient Information** (Patiëntinformatie).

Registratie starten:

Vervolgens ziet u uw geselecteerde werkkruimtelayout, waarbij een statusvenster de status toont van de registratie die aan het starten is. Ten slotte ziet u in realtime de geregistreerde signalen verschijnen en kunt u ermee beginnen te werken.

Standby-modus:

De **standby-modus** opent uw geselecteerde werkkruimte met een statusvenster dat aangeeft dat u in de **standby-modus** bent. Hier kunt u verbinding maken met de onlinekamer voor het voorbereiden, evalueren en assisteren bij het aansluiten van de patiënt en vervolgens de registratie starten met behulp van de **Noxturnal-app** of **Start Recording** (Registratie starten) zoals beschreven in de voorgaande stap.


Online Recording Standby

● Recording Ready


Start Recording or Connect via Noxturnal App

Start Recording Cancel Recording


Wanneer de gebruiker de Noxturnal-app heeft verbonden met de onlinekamer, worden de live-signalen die verschijnen **NIET** in de registratie opgeslagen. Dit is alleen een preview, zoals ook door de preview-status wordt aangegeven. De signaalregistratie begint zodra de gebruiker op **Start Recording** (Registratie starten) tikt/klikt in de Noxturnal-app of in de Noxturnal-software.



Door te klikken op de rode REC-knop bovenin in het scherm, kan de gebruiker ook op elk moment na de start van de registratie naar de standby-modus gaan als hij de registratie gedurende een bepaalde periode wil pauzeren.




Door op de REC-knop te klikken, krijgt u de optie om naar standby-modus te gaan, de registratie te stoppen of te annuleren en door te gaan met de registratie.



Een impedantiecontrole en biokalibratie uitvoeren


Voor een uitgebreidere controle van de elektro-encefalografie (EEG) elektrodes is het mogelijk een impedantiecontrole uit te voeren. Na het starten van de registratie klikt u op de "Ohm" knop.





De gekleurde cirkels geven de kwaliteit van de verbinding weer. Groen is Goed (<5 kΩ), geel is Matig (5 kΩ tot 20 kΩ) en rood is Slecht (>20 kΩ).

De volgende stap is het uitvoeren van een biokalibratie. Ga hiervoor naar de *Scoring Button* (Scoretoekenningknop) en selecteer *Bio Calibration* (Biokalibratie).



De geselecteerde taak wordt uitgelicht en het te verwachten resultaat onderaan het tabblad vermeld. Als het voorval eenmaal een score is toegekend, verschijnt het voorval ook op het signaalblad.

Bio Calibration
✕

Recommended Bio Calibration Steps [AASM 2017]

✓

Repeat physiological calibrations at the end of the PSG recording

Perform and document a repeat impedance check of the EEG, EOG and EMG electrodes at the end of the PSG recording

Ask the patient to flex the right foot/raise toes on right foot (x5)

Ask the patient to flex the left foot/raise toes on left foot (x5)

Ask the patient to take a deep breath and exhale slowly (prolonged expiration--10 seconds)

Ask the patient to breathe through the mouth only (10 seconds)

Ask the patient to breathe through the nose only (10 seconds)

▶

Expected Result: Repeat the impedance check and physiological calibrations after lights on in the morning.

Score Event
Undo

Nox C1-configuratie

Het Nox C1-toegangspunt is voorzien van 12 analoge kanalen die geschikt zijn voor het opvangen van DC-signalen van hulpapparaten. De kanalen worden opgevangen op 6 poorten, gelabeld DC IN 1 tot en met 12 bovenop het apparaat. Elke analoge poort is geschikt voor 2 kanalen. Hulpapparaten kunnen worden aangesloten op de analoge ingangen van de Nox C1. Het voltagebereik maakt communicatiesignalen van -5 V tot +5 V mogelijk. Zie de handleiding van de Nox C1 voor meer informatie over het Nox C1-toegangspunt.

Netwerkconfiguratie van het Nox C1-toegangspunt


De standaard fabrieksconfiguratie van het Nox C1-toegangspunt wordt in de onderstaande tabel weergegeven. De Nox C1-netwerkconfiguratie kan met Noxturnal worden beheerd.

Nox C1-netwerkconfiguratie	Details
DHCP-server	DHCP-pool: 192.168.101.64 - 192.168.101.127
Statisch IP-adres	192.168.101.10
Universele Plug and Play (UPnP) ontdekking	Netwerkprotocol dat mogelijk maakt dat de Nox C1 op een netwerk wordt gedetecteerd

Om de netwerkconfiguratie van de Nox C1 te beheren, kunt u een Onlinekamer openen die is geconfigureerd (Devices > Online Rooms..., (Apparaten > Onlinekamers)) en de Nox C1 selecteren binnen de kamer en dan op **Edit Device** (Apparaat bewerken) klikken. In het onderstaande dialoogvenster kunt u zien hoe u de netwerkconfiguratie van de Nox C1 kunt wijzigen.


Firmware van het Nox C1-toegangspunt upgraden

Als er een nieuwe versie van de firmware van het Nox C1-toegangspunt beschikbaar is voor het verbonden apparaat, laat Noxturnal dit de gebruiker weten door een melding hierover weer te geven wanneer de gebruiker een onlineregistratie start.



De gebruiker kan via het tabblad **Devices** (Apparaten) in de menubalk toegang krijgen tot de de firmware-upgrade.

Devices >> Online Rooms... (Apparaten >> Onlinekamers)



Selecteer het Nox C1-toegangspunt en klik op **Edit Device (Apparaat bewerken)**.



Selecteer in het venster met de eigenschappen van het apparaat **Upgrade Firmware (Firmware upgraden)**.

Device Properties

Nox C1

1 Network Settings 2 Device Settings

IP Address

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP Address: 192.168.101.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: . . .

DNS: . . .

MAC Address: 00:14:2d:4a:4b:de

Server settings

☒ DHCP Server Enabled

Pool Offset: 128

Pool Size: 64

Lease Time (sec): 864000

Set Password Set License Upgrade Firmware Soft Reset

De voortgang van de firmware-upgrade wordt met een statusbalk weergegeven. Wanneer de upgrade klaar is, ziet u dit:

Upgrade C1 Firmware

Nox C1
Upgrade Firmware

✓ The device has the latest firmware

Firmware successfully upgraded

Upgrade Firmware Close

Activeren van de Nox DC-kanaallicentie

Standaard zijn de DC-kanalen op het Nox C1-toegangspunt vergrendeld. Om de DC-kanalen te kunnen gebruiken op de Nox C1 heeft u een geactiveerde Nox DC-kanaallicentie nodig. Raadpleeg voor meer informatie hierover Nox Medical of diens vertegenwoordigers.

De licentie wordt geactiveerd door op **Set License** (Licentie instellen) in het dialoogvenster **Device Properties** (Apparaateigenschappen) te klikken dat hieronder wordt weergegeven, en de instructies op de pagina te volgen.

Integratie van videoapparaten voor onlineregistraties

Noxturnal ondersteunt onlinevideoregistratie. Om de door Noxturnal geboden digitale video-ondersteuning te gebruiken bij een onlineregistratie moet u uw systeem zodanig configureren dat er een videosysteem in kan worden opgenomen.

Een videoapparaat kan aan uw onlinesysteemconfiguratie worden toegevoegd en de installatie kan voor toekomstig gebruik worden opgeslagen. Om een videoapparaat te configureren met uw systeem, moet u:

1. zorgen dat er **video-codecs** op uw computer zijn geïnstalleerd
2. zorgen dat het videoapparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als het Nox C1-toegangspunt en de computer waarop Noxturnal draait
3. Een **onlinekamer** instellen, inclusief het videoapparaat
4. Een **registratietype** instellen, inclusief het videoapparaat en een gedefinieerd videoprofiel
5. De onlinekamer selecteren en een onlineregistratie starten vanuit de Noxturnal-**registratie**pagina

Een onlinekamer met een videoapparaat instellen

VIDEO-CODECS


Noxturnal's ondersteuning voor video is gebaseerd op de video-codecs die op uw computersysteem zijn geïnstalleerd. Deze video-codecs bestaan uit gespecialiseerde software die de compressie en decompressie van digitale video mogelijk maakt. Noxturnal installeert geen codecs, maar op de meeste computersystemen zijn wel enige codecs geïnstalleerd. Voor het gebruiken van video met uw Nox-slaapsysteem moeten er codecs op uw computersysteem geïnstalleerd zijn. Noxturnal geeft u dan toegang tot de functies die door deze codecs worden ondersteund. U kunt het **K-Lite Codec Pack** downloaden vanaf de Nox Medical ondersteuningssite:

<http://support.noxmedical.com/hc/en-us/articles/207882176>


INTEGRATIE VAN EEN VIDEOCAMERA

Voor het opzetten van een onlineregistratie inclusief videoapparaat volgt u de onderstaande stappen.

1. Opzetten van een Onlinekamer in Noxturnal, zoals uitgelegd in het hoofdstuk *Onlinekamer* (Devices > Online Rooms..., (Apparaten > Onlinekamers) vanuit de Noxturnal taakbalk).
2. Voeg een videoapparaat toe aan uw onlinekamer door te klikken op **Add Devices** (Apparaten toevoegen) en **Video Device** (Videoapparaat) te kiezen in de lijst **Device Types** (Apparaattypen).



3. U ziet het dialoogvenster met de apparaateigenschappen zoals hieronder weergegeven. Klik op de toepasselijke optie, afhankelijk van het gebruikte videoapparaat en klik op **Next** (Volgende).




Om uw IP-camera in te stellen, klikt u op **Find...** (Vinden). Noxturnal scant dan uw netwerk en detecteert de op uw netwerk aangesloten videocamera's, mits UPnP (netwerkprotocol waarmee een IP-camera kan worden ontdekt op een netwerk) erop is ingeschakeld. Noxturnal biedt standaard verbindingsopties voor bepaalde IP-camera's (Axis, D-Link-camera's, Vivotek en Hikvision). Zorg ervoor dat bij het kiezen van de in Noxturnal beschikbare verbindingsopties, de juiste verbindingsopties (URL) wordt gekozen voor de registratie die u uitvoert, afhankelijk van of er alleen video moet worden geregistreerd of zowel video als audio.

Als uw camera niet automatisch door Noxturnal wordt gedetecteerd als u **Find...** (Vinden) gebruikt, dan kunt u altijd uw camera handmatig toevoegen door de betreffende verbindingsopties (URL) en het IP-adres van de camera in te voeren in het veld **File or URL** (Bestand of URL).

Als u een videoapparaat hebt dat niet door de bovenstaande standaard verbindingsopties wordt ondersteund, kunt u altijd handmatig nieuwe verbindingsopties (URLs) aanmaken om ze zo voor gebruik in de toekomst toegankelijk te maken in Noxturnal. Om dat te doen, bladert u naar **Tools > Settings > Advanced** (Tools > Instellingen > Geavanceerd) en selecteert u de **Default Settings** (Standaardinstellingen). Open de map Video Profiles (Videoprofielen) en open het Excel-werkblad *IPCameras* (IP-camera's). U kunt aan de bestaande lijst van verbindingsopties een nieuwe verbindingsoptie toevoegen voor uw videoapparaat, die vervolgens beschikbaar wordt voor gebruik binnen Noxturnal.


Als u de gebruikers- en wachtwoordinformatie voor uw camera hebt ingevoerd, kunt u klikken op **Start Preview** (Preview starten) om te controleren of uw camera correct is ingesteld en werkt met Noxturnal. Als een vertraging wordt waargenomen tijdens de preview, kan een vertraginginput worden toegevoegd om het afspelen van de video tijdens de analyse te corrigeren. Klik op **Next** (Volgende) om de camera een unieke naam te geven en klik vervolgens op **Finish** (Voltooien).




Nu hebt u het videoapparaat aan uw onlinekamer toegevoegd.

Een registratietype met een videoapparaat instellen

Noxturnal voorziet in standaard registratietypen voor onlineregistraties inclusief een videoapparaat. U kunt een van de standaard registratietypen selecteren en direct starten met een onlineregistratie inclusief een videoapparaat. U kunt ook een aangepast registratietype instellen en een Windows Mediaprofiel definiëren voor gebruik met Noxturnal bij registratie en compressie van de onlinevideo. Om dat te doen, navigeert u naar **Devices > Recording Types...** (Apparaten > Registratietypes) vanuit de Noxturnal taakbalk. In de wizard Recording Types (Registratietypen) selecteert u **New** (Nieuw) en **Online** uit de keuzelijst **Recording Type** (Registratietype).




In de wizard Online Recording Type (Onlineregistratietype) kunt u zowel uw videoapparaat als andere apparaten toevoegen. U kunt het videoprofiel dat u wilt gebruiken selecteren in de keuzelijst, zie de afbeelding hieronder.



Noxturnal biedt een aantal standaard videoprofielen, maar u kunt ook aangepaste profielen aanmaken en gebruiken in Noxturnal. Zie voor verdere informatie en instructies over hoe u dat moet doen de Nox Medical ondersteuningssite, [Windows Media Profiles in Noxturnal](#).


Nu hebt u uw onlinesysteem zo geconfigureerd dat een videoapparaat er deel van uitmaakt en kunt u een onlineregistratie starten vanuit de Noxturnal-pagina **Recording** (Registratie) door te dubbelklikken op de kamer, of te klikken op **Configure Recording** (Registratie configureren).



Werken met registraties in Noxturnal

Registratieresultatenpagina

Na het downloaden vanaf een registratieapparaat of het openen van een bestaande registratie in Noxturnal, wordt de pagina **Recording Results** (Registratieresultaten) weergegeven. Deze pagina bevat een overzicht van de meest gangbare analyseparameters en de geregistreerde signalen. De resultaatpagina wordt automatisch geüpdatet wanneer veranderingen worden doorgevoerd in de bestaande scoretoekenning of als de automatische analyse wordt uitgevoerd. Wanneer er slaapstadia beschikbaar zijn, zoals voor registraties uitgevoerd met de Nox A1-recorders, dan ziet u grafieken en gegevens met die informatie. Voor de Nox T3-recorders ziet u alleen parameters die beschikbaar zijn bij die apparaten.



Commando's resultatenpagina

De **registratieresultatenpagina** heeft knoppen voor de volgende acties:

- **View Report** (Rapport bekijken): deze optie maakt het standaardrapport voor de registratie aan, het rapport dat gedefinieerd is binnen het registratietype (zie voor meer informatie de paragraaf Registratietypen).
- **Print Report** (Rapport afdrukken): deze optie drukt het standaardrapport af.
- **Recording Status** (Registratiestatus): deze optie maakt het instellen van de status van registraties mogelijk. Gedownloade registraties hebben altijd de status **New** (Nieuw). Als een registratie om de een of andere reden is mislukt, kan de status worden ingesteld op **Invalid** (Ongeldig). Als de registratie is gediagnosticeerd, kan de status worden ingesteld op **Scored** (Gescoord). Als de registratie en de scoretoekenning zijn beoordeeld, kan de status worden ingesteld op **Reviewed** (Beoordeeld). Als de registratie is geïnterpreteerd, kan de status worden ingesteld op **Interpreted** (Geïnterpreteerd). Als een registratie is gediagnosticeerd en geaccepteerd, kan de status worden ingesteld op **Done** (Gereed).


Patiëntinformatie

Het paneel **Information** (Informatie) toont informatie over de geregistreerde patiënt. Bewerk de registratie-eigenschappen en de patiëntinformatie door op het patiëntpictogram te klikken of door te drukken op de sneltoets **Ctrl+I**.

Patient Information	
ID:	PSG NOX A1
Name:	PSG NOX A1
Gender:	Unknown
Age:	
BMI:	

Slaapparameters

Het paneel **Sleep Parameters** (Slaapparameters) toont een ringdiagram met verschillende slaapstadia indien de slaapstadium-voorvallen van scores zijn voorzien.




- **Total Sleep Time** (Totale slaapduur) is de tijd die de patiënt heeft geslapen (gebaseerd op Hypnogram).
- Wanneer **Total Sleep Time** (Totale slaapduur) niet beschikbaar is, wordt de **Est. Total Sleep Time** (Geschatte totale slaapduur) (idem aan de AASM-term Monitoringsduur) gebruikt als parameter. Dat is de tijd die de patiënt liggend doorbrengt tijdens de registratie.
- **De slaapefficiëntie** varieert van 0 tot 100%, waarbij 0% betekent dat de patiënt de gehele nacht wakker was en 100% betekent dat hij/zij gedurende de gehele nacht heeft geslapen. Als slaapscoretoekenning niet beschikbaar is, gebruikt de software bewegingsperioden om deze parameter in te schatten.

Ademhalingsindices

Het paneel **Respiratory Indices** (Ademhalingsindices) toont de belangrijkste analyseparameters en hun relatie tot de ernst. De AHI, de Apnea Hypopnea Index (Apneu-hypopneu-index), is het aantal apneus en hypopneus per uur slaap en de Oxygen Desaturation Index (ODI (Zuurstofdesaturatie-index)) is het aantal gescoorde zuurstofsaturatiedalingen per uur slaap (standaard automatische analyse scoort alle desaturaties van 3% of hoger maar dit kan door de gebruiker worden aangepast). De ernst gaat van *Normaal* → *Mild* → *Matig* →


Ernstig en is in overeenstemming met de door de AASM vastgestelde niveaus. Als meer dan één nacht is geregistreerd, tonen deze parameters de gemiddelde waarden voor alle nachten. Zie voor meer informatie de paragraaf *Analyseprotocollen*.



Totale signaalkwaliteit en Single Body Source (enkele lichaamsbron)

De Overall **Signal Quality** (Totale signaalkwaliteit) wordt bepaald aan de hand van de monitoring van de kwaliteit van de volgende signalen: oximeter, luchtstroom, buik- of thoracale ademhalingsinspanningssignalen. De laagste signaalkwaliteit voor die signalen wordt getoond als de totale **signaalkwaliteit** op de registratieresultatenpagina en heeft een waarde van 0 tot 100%.

Het resultaat **Single Body Source** (Enkele lichaamsbron) geeft aan of de signalen van de oximeter en de RIP-band van dezelfde persoon komen. Zie voor meer informatie over dit resultaat de paragraaf *Single Body Source*.



Signaaloverzicht en parameters

Het paneel **Signal Overview** (Signaaloverzicht) is een top-down-beoordelingstool waarmee registratieresultaten op een efficiënte manier kunnen worden beoordeeld en bewerkt. Het overzichtspaneel wordt opgesplitst in analyseparameters rechts en het signaaloverzicht links.



De analyseparameters tonen een samenvatting van de meest voorkomende analyseparameters voor één nacht. Als meer dan één nacht is geregistreerd, dan wordt elke nacht gerepresenteerd binnen zijn eigen panel. U kunt ook de te bekijken periode selecteren met het periodemenu in de rechterbenedenhoek van de toepassing. Elke parameter is van een kleurcode voorzien op basis van de mate van ernst, variërend van groen tot rood (*Normaal* → *Mild* → *Matig* → *Ernstig*).

- **Arousal Index** (Arousal-index) is het aantal arousals per uur tijdens de slaap.
- **Sleep Latency** (Slaaplatentie) is de duur in minuten van de analysestarttijd tot de eerste periode van gescoorde slaap.
- **REM Latency** (REM-latentie) is de duur in minuten van het eerste optreden van slaap tot het eerste optreden van REM.
- De ademhaling wordt door indices weergegeven. Indices zijn een methode om analyseparameters op een gestandaardiseerde manier weer te geven.
 - Apnea Hypopnea Index (**AHI** (apneu-hypopneu-index))
 - **Apnea Index** (AI (apneu-index))
 - **Hypopnea Index** (HI (hypopneu-index))
 - De Oxygen Desaturation Index (**ODI** (Zuurstofdesaturatie-index)) stelt het aantal zuurstofdesaturatievoorvallen per uur voor van de **Total Sleep Time** (Totale slaapduur) of anders de **Est. Total Sleep Time** (geschatte totale slaapduur).
 - **Het Snore Percentage** (Snurkpercentage) is het percentage slaaptijd doorgebracht in snurkepisodes (gemarkeerd als **Snore-trains**)
 - **Average dB** (Gemiddelde dB) zijn de gemiddelde dB-niveaus tijdens snurkepisodes.
- **De Signal Quality** (Signaalkwaliteit) wordt bepaald aan de hand van de monitoring van de kwaliteit van de volgende signalen: SpO₂, luchtstroom, buik- of thoracale ademhalingsinspanningssignalen. De signaalkwaliteit van die signalen wordt weergegeven van 0-100%.

Signalen en voorvallen


De signalen en voorvallen geplot in het signaaloverzichtpanel geven een overzicht van de gehele nacht.

- Tot de signalen in het overzicht kunnen de volgende behoren:
 - **Spectrogram** voor het kanaal dat op het scherm wordt weergegeven (rechtsklikken op het spectrogram om het kanaal te veranderen)
 - **Sleep Stages/Hypnogram** (Slaapstadia/hypnogram) toont de slaapstadia gedurende de nacht
 - **Arousals** toont de arousals gedurende de nacht
 - **Beweging**
 - **Houding**
 - **Apneus/RIP-fase** (fase tussen buik- en thoracale ademhalingsinspanningssignalen)
 - **Zuurstofdesaturatie** (SpO₂)
 - **Pols**
 - Audiovolume (**Snurk-dB**)
 - **Beenbewegingen** (optioneel)

- De in het overzicht getoonde voorvallen zijn apneus en hypopneus, zuurstofsaturatiedalingen, snurkepisodes en artifacten.


De analyseperioden wijzigen

Als een registratie start voordat alle sensoren zijn bevestigd of als de patiënt de sensoren verwijdt voordat de registratie is geëindigd, is het mogelijk om het interval dat wordt geanalyseerd aan te passen door de analysestart **1** marker en de analysestop **3** marker te verplaatsen naar de betreffende plaats binnen de registratie. Alle analyseparameters worden dienovereenkomstig geüpdatet wanneer deze aanpassingen worden gedaan.




Gebruik de synchronisatiemarker om in de registratie te navigeren **2**. Alle signaalbladen zoals de bladen **PSG**, **Respiratory** (Ademhaling) en **Pulse Oximeter** (Pulsoximeter) worden dienovereenkomstig gesynchroniseerd. Als een interessant voorval te zien is in het overzicht, sleept u de synchronisatiemarker over dat gebied en bladert u in het desbetreffende signaalblad om de ruwe signalen te bekijken.

Voorvalperioden kunnen direct vanuit het paneel **Signal Overview** (Signaaloverzicht) worden toegevoegd. Om een voorvalperiode toe te voegen, verplaatst u de cursor naar het paneel **Periods** (Perioden) en klikt u met de muis. Het menu **Event Period** (voorvalperiode) zal verschijnen zoals hieronder weergegeven.




Uitsluiting van ongeldige gegevens kan worden uitgevoerd in het paneel **Signal Overview** (signaaloverzicht). Om ongeldige gegevens uit te sluiten van de registratie, verplaatst u de cursor naar één van de signalen, klikt u

op de linkermuisknop en selecteert u een gebied door naar links/rechts te slepen. Laat de muisknop los. Vervolgens wordt het onderstaande menu weergegeven. De voorvallen die als 'Invalid Data' (Ongeldige gegevens) zijn gemarkeerd, worden van de rapportberekeningen uitgesloten.



Eenheden instellen


Om het eenhedensysteem te wijzigen dat wordt gebruikt voor het voorstellen van eenheden zoals lengte en gewicht, navigeert u naar **Tools > Settings...** (Tools > Instellingen) vanuit de Noxturnal taakbalk. Op de pagina **General** (Algemeen) zoekt u de keuzelijst **System Units** (Systeemeenheden) en selecteert u het betreffende te bewerken veld.




Signalen bekijken

Menuknop Werkrumte


Met de **Workspace Menu But** [menuknop Werkrumte] kunt u verschillende werkrumtelayouts en signaalbladen toepassen om de weergave van uw registraties naar wens te beheren. De werkrumtelayouts bevatten een selectie van signaalbladen en signaalbladeigenschappen. Noxturnal biedt een reeks standaard werkrumtelayouts en signaalbladen. U kunt ook aangepaste werkrumtelayouts en signaalbladen instellen. U kunt alle wijzigingen in uw werkrumtelayout opslaan voor toekomstig gebruik. Dit betekent dat u instellingen kunt wijzigen en uw werkomgeving kunt inrichten zoals u dat wilt.



U kunt de menuknop Workspace (Werkrumte) gebruiken voor de bewerking **Add Sheet** (Blad toevoegen), voor het aanmaken van een **New Workspace Layout** (Nieuwe werkrumtelayout), waarbij u een standaard layout als basis gebruikt of zelfs voor **Revert Layout** (Layout terugzetten) na het maken van wijzigingen.




Om een aangepast signaalblad op te slaan, klikt u met de rechtermuisknop op de signaalbladtab en selecteert u **Save Sheet Layout As... (Bladlayout opslaan als)**. Als u het aangepaste signaalblad hebt opgeslagen, kunt u altijd kiezen voor **Update Saved Layout** (Opgeslagen layout updaten) als aanvullende wijzigingen worden doorgevoerd. Zie voor meer informatie over signaalbladen de paragraaf *Signaalbladen*.




Signaalbladen

Een signaalblad toont een of meer signalen in een tabvenster in de werkrumte. Noxturnal wordt geleverd met voorgedefinieerde signaalbladen, zoals de bladen **Respiratory** (ademhaling), **PSG** en **Pulse Oximeter** (pulsoximeter).

Om signalen aan een signaalblad toe te voegen of eruit te verwijderen, navigeert u de muis naar het taakvenster **Signals and Data** (Signalen en gegevens) rechts van de werkrumte. Als de cursor boven deze tab staat, verschijnt het taakvenster **Signals and Data** (Signalen en gegevens). Een lijst van alle beschikbare signalen wordt in dit taakvenster weergegeven. Een selectiehokje naast het signaal bepaalt of het signaal al dan niet in het blad wordt weergegeven. Vink het hokje aan of haal het vinkje weg om het signaal aan het blad toe te voegen of eruit te verwijderen. Zie hieronder het tabblad **Signals and Data** (Signalen en gegevens).




Werken met signalen



- 1 De navigatiebalk maakt snelle navigatie mogelijk naar elk moment in de registratie. De blauwe lijn geeft aan waar in de registratie de gebruiker zich bevindt. Klik op een plaats in de balk om naar dat moment te gaan.
- 2 De tijd-as geeft de registratietijd en de tijdperiode in het venster weer. Klik met de rechtermuisknop op de tijd-as om het interval in het venster te wijzigen. Rek de tijd-as uit of maak deze smaller met de muis om het tijdsinterval in het venster te wijzigen.
- 3 De synchronisatiemarker op de tijd-as wordt gebruikt voor het synchroniseren met andere signaalbladen en weergaven. De klok aan de rechterzijde van de navigatiebalk toont de tijd van de markerpositie. De synchronisatiemarker kan in de tijd worden gesleept en verplaatst.

- 4 De signaalwaarde-as toont de naam van het bijbehorende geplote signaal en de schaal van de waarde-as. De as kan met de muis worden uitgerekt/smaller worden gemaakt. Om de eigenschappen van de waarde-as te wijzigen, dubbelklikt u op de as. Er wordt dan een dialoog weergegeven waarmee de eigenschappen kunnen worden gewijzigd.
- 5 Signaalplot in een deelvenster. Signalen kunnen op vele manieren worden bijgesteld. Verander de grootte van het signaaldeelvenster of verplaats het signaaldeelvenster door de muis te gebruiken. Om de eigenschappen van het signaal te wijzigen, dubbelklikt u op het signaal. Er wordt dan een dialoogvenster weergegeven waarin de signaaleigenschappen kunnen worden gewijzigd. Voor toegang tot alle acties voor een individueel signaalspoor klikt u met de rechtermuisknop op het signaalspoor, waarna het volgende menu verschijnt.



Toetsenbordnavigatie

Navigeer en manipuleer het signaalblad door de volgende shortcuttoetsen in te drukken:

Navigatie:

- Pijl-rechts = standaard - halve pagina vooruitspringen, configureerbaar door de gebruiker
- Pijl-links = standaard - halve pagina terugspringen, configureerbaar door de gebruiker
- Ctrl + pijl-rechts= standaard - hele pagina vooruitspringen, configureerbaar door de gebruiker
- Ctrl + pijl-links= standaard - hele pagina terugspringen, configureerbaar door de gebruiker
- PageDown-toets = pagina vooruitspringen
- PageUp-toets = pagina terugspringen
- Home-toets = Start van de registratie
- End-toets = Einde van de registratie
- Shift + pijl-rechts = Vergroot de aangegeven tijd in het venster
- Shift + linkertoets = Verlaagt de aangegeven tijd in het venster
- Shift + Ctrl + linkertoets = Spring naar de vorige datasessie
- Shift + Ctrl + rechertoets = Spring naar de volgende datasessie

- - toets = Uitzoomen uit de selectie
- + toets = Inzoomen in de selectie
- Muiswielte = Vooruit-/achteruitbladeren
- Muiswielte + Ctrl-toets = Omhoog- en omlaagbladeren

Actief signaal:

- Shift + Up = Signaalschaling verhogen
- Shift + Down = Signaalschaling verlagen
- Ctrl + Up = Signaal omhoogschuiven
- Ctrl + Down = Signaal omlaagschuiven
- Shift + Enter = Toon actief signaal in nieuw blad
- Shift + Delete = Verwijder actief signaal uit blad
- Up-toets = Selecteer bovenstaand signaal
- Down-toets = Selecteer onderstaand signaal
- Ctrl + F = Voorvallen zoeken
- F9 = Signaal automatisch schalen

Signaalblad:

- Spatie = Afspelen/Pauzeren registratie terugspelen
- Ctrl + W = Signalen automatisch schalen
- Ctrl + A = Signalen schikken

Voorvallen:

- Tab = Volgende voorval, indien u naar het volgende zoekresultaat zoekt
- Shift + Tab = Vorige voorval, indien u naar het vorige zoekresultaat zoekt
- Delete = Geselecteerde voorvallen verwijderen of voorvallen verwijderen die de selectie overlappen
- Return = Deselecteren van alle voorvallen
- Esc = Verwijderen van alle selecties

Werken met voorvallen


Voorvallen worden gebruikt voor het identificeren van interessegebieden in een signaal. Een voorval heeft een start- en een stoptijd en een type dat wordt gebruikt om het te classificeren. Voorvallen kunnen handmatig worden toegevoegd aan een signaal of door de automatische analyse van een score worden voorzien om interessegebieden te markeren. Voorvallen kunnen worden veranderd of verwijderd.

Scoretoekenning van een voorval

Om een voorval te scoren, gaat u naar een blad dat signalen bevat; lokaliseer een gebied op een signaal van interesse.

1 Markeer met de linkermuisknop een gebied om het voorval van een score te voorzien.


2 Druk op de sneltoets voor dat voorval. Sneltoetsen kunnen worden toegewezen aan een voorvaltype vanuit **Setting > Event Types & Groups > Edit > Behavior (Instellingen > Voorvaltypen & groepen > Bewerken > Gedrag)**.



Een andere methode voor het toekennen van een score aan een voorval is het markeren van een gebied met de linkermuisknop, zoals eerder, maar dan door met de rechtermuisknop op het gebied te klikken en een voorval in de lijst te selecteren.

Scoretoekenning met een enkele klik

Noxturnal biedt de optie om een score toe te kennen met één klik: **Single Click Scoring**. Om scoren met één enkele klik te activeren, klikt u op het pictogram in de Noxturnal taakbalk.



Binnen het betreffende signaalblad kent u handmatig een score toe aan een voorval op het desbetreffende signaalspoor. Zie voor instructies over het handmatig toekennen van een score aan een voorval de bovenstaande paragraaf *Scoretoekenning aan een voorval*. Als u aan het eerste voorval een score hebt toegekend, kunt u met de functie scoren met één klik doorgaan met het toekennen van een score aan hetzelfde voorvaltype met slechts één muisklik terwijl u door de registratie bladert.

Een voorval verwijderen

Er zijn verscheidene manieren om bestaande voorvallen te verwijderen:

- Selecteer een voorval door er met de linkermuisknop op te klikken en vervolgens op de toets **Delete** (Verwijderen) te drukken.
- Klik met de rechtermuisknop op een voorval en selecteer **Remove Event** (Voorval verwijderen).
- Selecteer met de muis een gebied dat kruist met de voorvallen om die te verwijderen en druk op de toets **Delete** (Verwijderen).

Een voorval verplaatsen

Om een voorval te verplaatsen, selecteert u het voorval door de linkermuisknop ingedrukt te houden en het voorval dan naar de gewenste plaats te slepen. Voorvallen kunnen tussen signalen worden gesleept en naar een andere tijdsperiode.

De grootte van een voorval wijzigen

Om de grootte van een voorval te veranderen, verplaatst u de muiscursor over de linker- of rechterbegrenzing van een voorval. De cursor moet veranderen in een pictogram van een pijl die naar rechts en links wijst. Zodra het pictogram in een pijl is veranderd, klikt u met de linkermuisknop en sleept u het voorval naar de gewenste duur.


Door voorvallen navigeren

Er zijn verscheidene manieren om door gescoorde voorvallen te navigeren in de registratie:


- Spring tussen voorvallen met toegekende scores op een signaal heen en weer door op het signaal te klikken en de **Tab**-toets in te drukken, zodat u naar het volgende voorval in de tijd springt. Om naar het vorige voorval in de tijd te springen drukt u op de **Shift- + Tab**-toetsen.
- In de rechterbovenhoek van de werkruimte ziet u een zoektekstvak dat u kunt gebruiken om te zoeken naar voorvallen waaraan een score is toegekend. Door op het tekstvak te klikken verschijnt een vervolgkeuzelijst van alle voorvaltypen waaraan scores zijn toegekend. Om te zoeken naar voorvallen van een bepaald type klikt u op het voorvaltype in de lijst. Dit toont het volgende voorval in de tijd met dat type. Klik op de navigatieknoppen in de keuzelijst om door de voorvallen te navigeren.
- Selecteer **View > Event Overview** (Bekijken > Voorvaloverzicht) uit de Noxturnal taakbalk om een overzichtvenster weer te geven dat alle voorvallen die in de registratie zijn gescoord toont in een plot. Om naar een specifiek voorval te navigeren, klikt u erop in het overzichtsplot.

Voorvallen die artefacten overlappen

Voorvallen die overlappen met artefacten worden geteld. Voorvallen die ongeldige gegevens overlappen, worden echter niet meegeteld en worden vervaagd getekend. Zie onderstaande afbeelding:



Twee Desats (desaturaties) waarvan één met overlappend artefact, beide op dezelfde manier getekend




Twee Desats (desaturaties), één wordt vervaagd getekend omdat deze niet wordt geteld


Analyseprotocollen

Een **Analyseprotocol** is een groep detectors die op de registratie kunnen worden uitgevoerd om verscheidene voorvallen te detecteren en te markeren binnen de geregistreerde signalen. De beschikbare analyseprotocollen, inclusief de standaardprotocollen, worden genoemd onder het menu **Analysis** (Analyse). Om een analyseprotocol uit te voeren op de registratie selecteert u de betreffende analyse uit het menu **Analysis** (Analyse) en klikt erop.

Noxturnal biedt een reeks standaard analyseprotocollen, en u kunt ook een nieuw analyseprotocol met aangepaste instellingen en/of -detectors aanmaken. Om een analyseprotocol op maat op te zetten, gaat u naar **Analysis > Manage Protocols** (Analyse > Protocollen beheren) vanuit de Noxturnal taakbalk. U kunt een bestaand protocol **bewerken** en **hernoemen** of een **nieuwe op basis van** een bestaand protocol aanmaken.



In dit voorbeeld zullen we een nieuw analyseprotocol aanmaken. Selecteer **New** (Nieuw) in het dialoogvenster **Manage Analysis (Analyse beheren)**. Een nieuw **analyseprotocol**-blad wordt geopend, waarin het nieuwe protocol kan worden gedefinieerd. Een protocol is een verzameling detectoren en de functie van een detector is het lokaliseren van interessegebieden binnen een signaal en het toekennen van scores aan de gebieden met voorvallen.




Om een detector aan het protocol toe te voegen, kiest u een detector uit de lijst met **detectoren** en selecteert u **Add Detector >> General Properties** (Detector toevoegen >> Algemene eigenschappen); vervolgens kan het **invoersignaal** worden bewerkt.

Als u uw analyseprotocol instelt, klikt u op **Save and Close** (Opslaan en afsluiten). Het protocol wordt aan de lijst van beschikbare analyses toegevoegd.


Werken met scoretoekenningen

Een scoretoekenning is een verzameling voorvallen waaraan scores worden toegekend op basis van signalen in de registratie. De acties voor het werken met scoretoekenningen vindt u in de **Scoring Button** (Scoretoekenningknop) in de Noxturnal taakbalk. De acties voor het werken met scoretoekenningen worden in de onderstaande paragrafen vermeld.



Als u een **Analysis protocol** (Analyseprotocol) hebt opgenomen in het **registratietype** dat voor de registratie is geconfigureerd, dan gebruikt Noxturnal bij het downloaden vanuit een Nox-registratieapparaat automatisch het standaardanalyseprotocol voor het analyseren van de registratie. Voor onlineonderzoeken moet u de registratie afsluiten als deze is voltooid en indien geopend vanuit de registratiebibliotheek analyseert de gedefinieerde standaardanalyse de gegevens. Het automatisch analyseren van de gegevens genereert een nieuwe scoretoekenning met de naam **Untitled Scoring** (Titelloze scoretoekenning), zie bovenstaande schermafbeelding. In de **Scoring Button** (Scoretoekenningknop) ziet u altijd de **geselecteerde scoretoekenning** die voor het rapporteren en registreren van overzichtsfuncties wordt gebruikt. U kunt gemakkelijk nieuwe scores toekennen door gebruik te maken van de functies van de **Scoring Button**.

(Scoretoekenningssknop), bijvoorbeeld als u wijzigingen doorvoert in de automatische scoretoekenning kunt u ze gemakkelijk opslaan als nieuwe scoretoekenning, met de van toepassing zijnde naam.




Vanuit de **Scoring Button** (Scoretoekenningssknop) kunt u ook met **Add Event Period** (Voorvalperiode toevoegen) of **Add Note** (Notitie toevoegen) een voorvalperiode of notitie aan de registratie toevoegen.

Nieuwe scoretoekenning

Bij gebruik van apparaten die een EEG registreren, kunt u gebruikmaken van de slaapstadiëringfuncties van Noxturnal. Noxturnal biedt een automatische slaapstadiëring bij het systeem die helpt bij het handmatig toekennen van scores. Het is ook mogelijk handmatig slaapstadiëring uit te voeren zonder eerst gebruik te maken van de automatische slaapstadiëring.

Voor het uitvoeren van een handmatige slaapstadiëring klikt u op de **Scoring Button** (Scoretoekenningssknop) en selecteert u **New Scoring (Nieuwe scoretoekenning)**.



Daarna kunt u, om de slaapstadiëring te starten, de actie **Start Sleep Staging** (Slaapstadiëring starten) kiezen in het menu in de **Scoring Button** (Scoretoekenningssknop). De nummertoeetsen op uw toetsenbord worden gebruikt voor de standaard slaapstadiëringshotkeys. U kunt de scoretoekenningshotkeys veranderen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Een scoretoekenning selecteren

Meerdere scoretoekenningen kunnen in verband worden gebracht met één enkele registratie. Alle beschikbare scoretoekenningen worden in het scoretoekenningspaneel vermeld. Selecteer de actieve scoretoekenning door erop te klikken.

Scoretoekenning opslaan

Sla de actieve scoretoekenning op door te klikken op de optie **Save Scoring** (Scoretoekenning opslaan). De gebruiker wordt gevraagd om een naam voor de opgeslagen scoretoekenning. De opgeslagen scoretoekenning wordt toegevoegd aan de lijst met scoretoekenningen.

Scoretoekenning wissen

Als een scoretoekenning actief is, zal deze actie haar wissen. Als de actieve scoretoekenning lokale wijzigingen heeft, wordt de gebruiker gevraagd of hij zijn lokale wijzigingen wil opslaan.

Geselecteerde scoretoekenning verwijderen

Een opgeslagen scoretoekenning kan worden verwijderd door haar te selecteren in de scoretoekenning en te klikken op de optie **Delete Selected Scoring** (Geselecteerde scoretoekenning verwijderen). Er wordt een prompt weergegeven die vraagt of het OK is om de scoretoekenning te verwijderen.

Scoretoekenning toetsenbordsneltoetsen

Een sneltoets wordt gebruikt om voorvallen snel te scoren. Sneltoetsen kunnen worden toegewezen aan een voorvaltype vanuit **Setting > Event Types & Groups > Edit > Behavior (Instellingen > Voorvaltypen & groepen > Bewerken > Gedrag)**.

De algemene regel is dat voorvallen eigenlijk slechts één toetsenbordteken als sneltoets mogen hebben, maar een combinatie van **Ctrl**, **Shift** en **Alt** plus een toetsenbordteken wordt wel ondersteund.

Noxturnal-rapporten




- ▶ NB: De rapportresultaten staan vast en worden niet geüpdate als de analyse van de registratie verandert.
- ▶ NB: Als wijzigingen worden doorgevoerd in de analyse, kan een ander rapport worden gegenereerd of kan het bestaande rapport worden ververs.

Noxturnal voorziet in een reeks standaardrapporten die toegankelijk zijn door te klikken op het menu **Reports (Rapporten)** vanuit de Noxturnal taakbalk.

Rapporten genereren

Een rapport kan worden gegenereerd door op de knop View Report (Rapport bekijken) te klikken op de registratieresultatenpagina of door een rapport te kiezen in het menu Reports (Rapporten) in de Noxturnal taakbalk.

Als u een rapport in het rapportstelsysteem hebt gegenereerd, kunt u het rapport gemakkelijk wijzigen door gebruik te maken van de knop **Edit (Bewerken)** die zichtbaar is in de taakbalk bij het bekijken van rapporten.




De knop Edit (Bewerken) activeert de **bewerkingsmodus** waarmee u het rapport kunt bewerken op dezelfde manier als wanneer u gebruik zou maken van Microsoft Word®. Alle wijzigingen die u doorvoert, zijn onmiddellijk voor u zichtbaar. U kunt ook nieuwe indices toevoegen en zelfs voorgedefinieerde rapportonderdelen als u een onderzoek interpreteert. Om de **bewerkingsmodus** te stoppen drukt u opnieuw op de knop **Edit (Bewerken)**. Wijzigingen die worden doorgevoerd in de **bewerkingsmodus** worden niet als onderdeel van de rapporttemplate opgeslagen.


Rapporten aanpassen

Noxturnal voorziet in een krachtig rapport-op-maatsysteem dat op Microsoft Word® lijkende mogelijkheden bevat. Rapporten in Noxturnal kunnen gemakkelijk aan uw wensen worden aangepast. Voor het maken van een aangepast rapporttemplate volgt u de onderstaande stappen.

1. Selecteer vanuit de Noxturnal taakbalk **Reports > Manage Rapporten... (Rapporten > Rapporten beheren)**.
2. In het dialoogvenster Manage Reports (Rapporten beheren) selecteert u één van de opties **Edit (Bewerken)**, **New (Nieuw)** of **New Based On (Nieuw op basis van)**, afhankelijk van uw voorkeuren.



3. In dit voorbeeld maken we een nieuw aangepast rapport aan op basis van het standaard **PSG-rapport**. Selecteer het **PSG-rapport** in de lijst van beschikbare rapporten en klik op **New Based On** (Nieuw op basis van).
4. U ziet het volgende dialoogvenster waarin u het nieuwe rapporttemplate een naam kunt geven. Vervolgens selecteert u **Create** (Aanmaken).



5. Er wordt een nieuw blad geopend met het standaard gekozen rapport. In dit venster kunt u het bewerken. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een verzameling **Fields** (Velden) en **Report Parts** (Rapportonderdelen) die u voor uw rapport kunt gebruiken. Zie voor meer informatie over rapportonderdelen en velden de onderstaande paragraaf *Rapportonderdelen en rapportvelden*.

PSG Report

Patient Information

Full Name: -	Patient ID: -	Patient ID: -
Height: -	Weight: -	BMI: -
Date of Birth: -	Age: -	Gender: -

Recording Information

Recording Date: -	Analysis Duration (TRT): - m
Recording Tags: -	Analysis Start Time (Lights out): -
Device Type: -	Analysis Stop Time (Lights on): -

Summary

Total Sleep Time (TST): - m	Sleep Latency (SL): - m
Sleep Efficiency (TST/TRT*100): - %	REM Latency: - m
Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): - m	

Sleep Parameters

Parameter	Percentage	Duration
REM:	- %	- m
N1:	- %	- m
N2:	- %	- m
N3:	- %	- m

Fields

- Arousal Count TST
- Arousal Count Wake
- Arousal Index TST
- Arousal Count Non-Supine TST
- Arousal Count REM TST
- Arousal Count Supine TST
- Arousal Count TST
- Arousal Count Wake
- Arousal Index Non-Supine TST
- Arousal Index REM TST
- Arousal Index Supine TST
- Arousal Index TST
- Bruxism Arousal Count REM TST
- Bruxism Arousal Count Supine TST
- Bruxism Arousal Count TST
- Bruxism Arousal Count Wake
- Bruxism Arousal Index REM TST
- Bruxism Arousal Index Supine TST
- Bruxism Arousal Index TST
- LM Arousal Count Non-Supine TST
- LM Arousal Count REM TST
- LM Arousal Count Supine TST
- LM Arousal Count TST
- LM Arousal Count Wake
- LM Arousal Index Non-Supine TST
- LM Arousal Index REM TST
- LM Arousal Index Supine TST
- LM Arousal Index TST
- PLMS Arousal Count REM TST

NB: In het rapporttemplate kunt u over de velden (-) bewegen met de muis om de details van de parameters te zien. Zie onderstaande afbeelding.

Summary

Total Sleep Time (TST): - m	Sleep Latency (SL): - m
Sleep Efficiency (TST/TRT*100): - %	REM Latency: - m
Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): - m	

REM Latency
Duration to the first REM events in Analysis in minutes


RAPPORTONDERDELEN EN RAPPORTVELDEN

Elk rapportonderdeel vertegenwoordigt een deel van uw rapport, zoals oximetrie-saturatie, PLM-details, enz. U kunt rapportonderdelen en -velden in Noxturnal aanmaken of onderdelen van standaardrapporten opslaan voor gebruik bij het aanmaken van volledig nieuwe rapporten.

EEN NIEUW RAPPORTONDERDEEL AANMAKEN


U kunt nieuwe rapportonderdelen aanmaken en opslaan voor later gebruik. Om dat te doen, selecteert u het desbetreffende rapportonderdeel in de rapporttemplate (of een aangepaste tekst/tabel) en sleept deze naar de lijst met **Report Parts** (Rapportonderdelen). Geef het rapportonderdeel een naam en selecteer de

categorie. Het nieuwe rapportonderdeel dat u hebt aangemaakt, zal aan de lijst van **rapportonderdelen** worden toegevoegd.



EEN NIEUW RAPPORTVELD AANMAKEN

U kunt nieuwe rapportvelden aanmaken en opslaan voor later gebruik. Om dat te doen, volgt u de



onderstaande stappen.

1. In dit voorbeeld zullen we het standaard in Noxturnal beschikbare veld **Desat Drop ≥ 4% Count** (Desaturatiedaling ≥ 4% telling) als basis gebruiken voor ons aangepaste veld. Selecteer **Desat Drop ≥ 4% Count** (Desaturatiedaling ≥ 4% telling) en **klik op New Based On** (Nieuw op basis van).
2. In de dialoog Edit Report Field (Rapportveld bewerken) geeft u het nieuwe veld een naam en bewerkt u de eigenschappen van het nieuwe veld zoals vereist.

Name:

Category: Oximetry

Number of events ▼

Number of [Desat](#) events in [Sleep](#) with drop ≥ [3](#)

An example of this type of field is the number of Desats

Conditions

`stats(named:Sleep).AsReference().Markers[Types(MarkerType:oxygen saturation-drop), Epoch:PeakToPeak:GreaterOrEqual(3)].Periods.Count`

Save Cancel

In dit voorbeeld zullen we de desaturatiedaling veranderen in ≥ 3 en het nieuwe veld een beschrijvende naam geven, **Desat Drop $\geq 3\%$ Count** (Desaturatiedaling $\geq 3\%$ telling). Als de condities moeten worden gewijzigd, klikt u op **Conditions** (Conditioes) om alle beschikbare condities te zien.

RAPPORTONDERDELEN EN -VELDEN AAN RAPPORTEN TOEVOEGEN

Om **rapportonderdelen** en **-velden** aan uw rapport toe te voegen, verplaatst u de cursor naar de voorkeurslocatie in het rapport en dubbelklikt u op het gewenste rapportonderdeel in de lijst aan de rechterkant. Een andere manier om een rapportonderdeel en -veld aan een rapport toe te voegen, is om het gewenste rapportonderdeel/-veld in uw rapport te slepen en in uw rapport te plaatsen.


KOPTEKST EN VOETTEKST VAN EEN RAPPORT

Om de koptekst en voettekst van het rapport aan te passen, volgt u de onderstaande stappen.


1. Vanuit de Noxturnal taakbalk selecteert u **Tools > Settings > User & Company** (Tools > Instellingen > Gebruiker en Bedrijf) en u ziet de volgende wizard waar u gebruikers- en bedrijfsinformatie kunt invullen.

Vul de bovenstaande velden in met alle van toepassing zijnde informatie. U kunt de informatie ingevoerd in uw rapport invoegen met gebruikmaking van de overeenkomstige rapportvelden.

2. Om de informatie in te voegen in de koptekst/voettekst van uw rapport plaatst u de cursor binnen het bovenste gedeelte van het rapport, klikt u met de **rechtermuisknop** en selecteert u de optie **Edit Header/Footer** (Koptekst/voettekst bewerken).



3. Voeg de relevante velden uit de lijst met beschikbare velden toe aan het koptekstgedeelte.
4. Om een logo toe te voegen aan uw rapportkoptekst, klikt u op **Format > Insert Image...** (Opmaak > Afbeelding invoegen) zoals hieronder wordt getoond.




5. Om paginanummering toe te voegen aan uw rapport, gaat u naar het einde van de rapportpagina, klikt u met de **rechtermuisknop** en selecteert u **Edit Footer** (Voettekst bewerken). **Klik met de rechtermuisknop** binnen het **voettekst**gebied en selecteer **Insert > Page Number** (Invoegen > Paginanummer).

Als u klaar bent met het instellen van uw rapporttemplate selecteert u **Save (Opslaan)**. Uw rapport wordt toegevoegd aan de lijst met **rapporten** die beschikbaar is vanuit de Noxturnal taakbalk.

Rapporten exporteren


Om een rapport te exporteren, klikt u op **Export** (Exporteren) vanuit de rapporttaakbalk.



Dit opent een nieuwe dialoog voor het specificeren van het bestandsformaat en de bestandsnaam. Klik op de knop **Save** (Opslaan) als u klaar bent. Het rapport wordt op de schijf opgeslagen in het gespecificeerde bestandsformaat.

Rapporten afdrukken

Nadat een rapport is gegenereerd, kan de gebruiker het rapport afdrukken. Om een rapport af te drukken, selecteert u de optie **Print** (Afdrukken) in de rapporttaakbalk.



Een dialoog wordt geopend waarin de afdrukmogelijkheden kunnen worden gewijzigd. Klik op de knop **Print** (Afdrukken) om af te drukken.

De registratiebibliotheek

De registratiebibliotheek toont en beheert alle registraties die zijn gedownload van de Nox-registratieapparaten en de onlineonderzoeken. Als registraties worden geopend of gedownload in Noxturnal worden ze automatisch toegevoegd aan de registratiebibliotheek. Het is ook mogelijk om licenties te verkrijgen waarmee u EDF-bestanden, EDF+-bestanden, Embla-bestanden en Somnostar-bestanden in Noxturnal kunt openen. De overeenkomende registraties worden automatisch aan de registratiebibliotheek toegevoegd.

Om een registratie te openen, moet u de registratie in de registratiebibliotheeklijst selecteren en erop dubbelklikken.

Registraties archiveren

Registraties in de registratiebibliotheek kunnen worden gearchiveerd naar een andere locatie of naar een permanente opslag. Om een registratie te archiveren, selecteert u een of meerdere registraties in de bibliotheek en klikt u op de knop **Archive Recording...** (Registratie Archiveren) in het registratieinformatiepaneel. Er verschijnt een dialoog die de gebruiker door het archiveringsproces leidt.

Enkele lichaamsbron

Het algoritme Single Body Source (enkele lichaamsbron) is een algoritme in Noxturnal waarvoor een octrooi is aangevraagd. Het algoritme stelt vast of het registratieapparaat en de bijbehorende sensoren tijdens de registratieperiode door dezelfde persoon zijn gedragen.

Het algoritme leidt tot één van drie resultaten. De resultaten en hun betekenissen worden hieronder beschreven.

- **Not analyzed** (Niet geanalyseerd): Het algoritme is niet op de registratie uitgevoerd.
- **Approved** (Goedgekeurd): Eén lichaamsbron kan voor de registratie worden geverifieerd.
- **Inconclusive** (Onzeker): Eén lichaamsbron kan niet voor de registratie worden geverifieerd.

Verschillende factoren kunnen leiden tot een **onzeker** resultaat, waaronder de volgende:

- De registratie bevat niet de benodigde signalen (een puls-golfvormsignaal van de oximeter en minimaal één RIP-sigitaal).
- De benodigde signalen hebben ruis of bevatten prominente artefacten.
- De sensoren waren niet op de persoon aangebracht.
- De sensoren waren onjuist op de patiënt aangebracht of zijn tijdens de slaap verplaatst.
- De oximeter en de RIP-banden werden door verschillende personen gedragen.
- De registratie is te kort (ten minste 15 minuten van gelijktijdig geregistreerde puls-golfvormsignalen en RIP-signalen zijn nodig)
- Het cardiale artefact in de RIP-signalen (veroorzaakt door de emissie van bloed van het hart naar de bloedvaten en de daaruit volgende torsobeweging) is te klein.

Het Single Body Source-algoritme (Enkele lichaamsbron-algoritme) kan ofwel als tool uitgevoerd worden (door te klikken op **Tools > Single Body Source** (Tools > Enkele lichaamsbron)), ofwel als analysedetector worden opgenomen in een aangepast analyseprotocol. De tool loopt automatisch nadat registraties van een registratieapparaat zijn gedownload.

Het resultaat van het algoritme wordt voor elke nacht weergegeven op de pagina **Recording Results** (Registratieresultaten) onder **Signal Overview** (Signaaloverzicht) en is ook beschikbaar als rapportveld dat opgenomen kan worden in een aangepast rapport. Het resultaat wordt door middel van één van onderstaande symbolen weergegeven:

Niet geanalyseerd



Een grijze cirkel

Goedgekeurd



Een wit vinkje in een groene cirkel

Onzeker



Een wit vraagteken in een gele cirkel

De automatische berekening van het Single Body Source-algoritme (Enkele lichaamsbron-algoritme) voor gedownloade registraties en de weergave van het resultaat kunnen worden in- en uitgeschakeld onder **Tools > Settings... > Advanced > Single Body Source** (Tools > Instellingen > Geavanceerd > Enkele lichaamsbron).

Compatibele apparaten

In de volgende tabel worden de door ethernet ondersteunde apparaten en schakelaars vermeld die goedgekeurd zijn voor gebruik met de Nox-slaapbeoordelingssystemen. Noxturnal kan signalen van door ethernet ondersteunde apparaten ontvangen, synchroniseren, weergeven en opslaan, als ze met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

SCHAKELAARS, IP-CAMERA'S EN MICROFOONS

Type	Catalogusnummer
Trendnet PoE schakelaar	NVT
Axis T8351, microfoon 3,5 mm	NVT
Axis P3374, internetprotocol-camera	NVT

ONDERSTEUNDE HULPAPPARATEN

Type	Catalogusnummer
SenTec SDM	NVT
Resmed TxLink	NVT
Resmed Airsense™10	NVT
Resmed S9™	NVT
Resmed Aircurve	NVT

Regelgevingsinformatie

Prestatietests en validatieoverzicht

Het Nox-slaapbeoordelingssysteem is getest en geverifieerd in verschillende stadia. Dit omvat interne tests, verificatie en validatie alsmede externe tests ter waarborging van de productveiligheid, effectiviteit en betrouwbaarheid. Het ontwerp is geverifieerd en gevalideerd, inclusief klinische evaluatie, gedurende het gehele ontwerpproces, in overeenstemming met de specificaties van de vereisten en het beoogde gebruik.

Nox Medical is houder van een ISO 13485:2016 (MDSAP) gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem dat in overeenstemming is met de eisen van de Richtlijn inzake medische hulpmiddelen (MDD) - Richtlijn 93/42/EEC zoals gewijzigd door Richtlijn 2007/47/EC; Canada - Medical Devices Regulations - deel 1 - SOR 98/282; Australië - Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations, 2002, bijlage 3 deel 1 (exclusief Part 1.6) – Full Quality Assurance Procedure; Japan – MHLW MO No 169 (2004), zoals gewijzigd door MHLW MO No 60 (2021); PMD Act en USA – 21 CFR 820, 21 CFR 803, 21 CFR 806, 21 CFR 807 – subdelen A tot D.

Beschrijving van symbolen en afkortingen

PG

- ▶ Polygrafie

PSG

- ▶ Polysomnografie

CE 2797

- ▶ CE-markering die conformiteit aangeeft met de betreffende Europese richtlijnen.

(01)15694311110255(8012)Vvvr
r(11)JJMMDD(10)JJMMDD

- ▶ Unique Device Identifier (unieke apparaatidentificatiecode, UDI); de applicatie-identificatiecode (01) geeft de apparaatidentificatiecode (device identifier (DI)) weer ("15694311110255"), de applicatie-identificatiecode (8012) geeft de softwareversie weer (Vvvr), de applicatie-identificatiecode (11) vertegenwoordigt de productiedatum/fabricagedatum ("JJMMDD", waarbij "JJ" de laatste twee cijfers van het productiejaar zijn, "MM" de productiemaand en "DD" de productiedag), en de applicatie-identificatiecode (10) het lot-nummer vertegenwoordigt ("ZZZZZ")



- ▶ Unique Device Identifier (unieke apparaatidentificatie (UDI)) weergegeven in data-matrixformaat op de Noxturnal-CD



- ▶ Fabrikantinformatie



- ▶ Productiedatum

LOT

► Batchcode/Partijnummer

REF

► Catalogusnummer/Referentienummer

Over deze informatie

Deze handleiding en de bijbehorende vertalingen worden in elektronisch formaat verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 207/2012 van 9 maart 2012 betreffende elektronische instructies voor gebruik van medische hulpmiddelen. Ze zijn ook beschikbaar in elektronisch formaat op de website van Nox Mecal: www.noxmedical.com.

Elektronische versies worden verstrekt als PDF-documenten en voor het openen van deze documenten is een PDF-reader nodig. Gratis PDF-lezers zijn algemeen beschikbaar voor gebruikers. Zie de relevante systeem- en hardwarevereisten voor de gebruikte PDF-reader.

Een versie op papier kan zonder extra kosten worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar support@noxmedical.com. De versie op papier wordt binnen 7 kalenderdagen toegestuurd.

Bijlage

Standaard afgeleide signalen

Noxturnal berekent de standaard afgeleide signalen uit de geregistreerde bronsignalen. Afgeleide signalen zijn statistische of directe transformaties van elk willekeurig signaal en worden in de onderstaande tabel beschreven.

Afgeleid signaal	Bronsignaal	Beschrijving
Activiteit	Gravity X en Gravity Y (Zwaartekracht X en zwaartekracht Y)	Indicatie van patiëntactiviteit/bewegingen. Het activiteitssignaal wordt berekend uit de ruwe zwaartekracht-signalen (X- en Y-as) gemeten door de 3-dimensionale versnellingsmeter in de Nox-recorders. Het gemeten zwaartekracht-signaal wordt gedifferentieerd naar tijd en wordt geschaald met de juiste schalingsfactor om het afgeleide activiteitssignaal te creëren.
Audio Volume (audiovolume) [dB]	Audio Volume (audiovolume)	Een audiovolume-signaal in logaritmische schaal (met eenheden van decibellen) wordt automatisch berekend uit het ruwe audiovolume-signaal, die in lineaire schaal is. De transformatie waarmee het signaal wordt berekend is $V_{dB} = 20 \log(x/P_0)$, waar V_{dB} het volume in decibellen is, P is het ruwe audiovolume-signaal (dit is een druksignaal in eenheden van Pa) en P_0 is de referentiegeluidsdruk, deze heeft een waarde van $P_0 = 20 \text{ uPa}$ in de Noxturnal-software.
Calibrated RIP Abdomen (gekalibreerde RIP-buik)	RIP Abdomen (RIP-buik)	Het gekalibreerde RIP-buiksignaal wordt berekend door het schalen van elke waarde van het RIP-buiksignaal met het overeenstemmende RIP-K-signaal (afgeleide signaal). Het stroomsignaal wordt automatisch aangemaakt als zowel het RIP-buiksignaal als het RIP-K-signaal bestaat.
Calibrated RIP Flow (gekalibreerde RIP-stroom)	RIP Thorax (RIP-thorax)	De gekalibreerde RIP-stroom wordt berekend uit een afleiding van de som van het RIP-thoraxsignaal en het gekalibreerde RIP-buiksignaal (afgeleid) en heeft de eenheid [V/s].
Calibrated RIP Sum (gekalibreerde RIP-som)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	Het gekalibreerde RIP-somsignaal wordt berekend door het RIP-thoraxsignaal op te tellen bij het RIP-buiksignaal nadat de laatstgenoemde met het RIP-K-signaal is geschaald.
Cannula Flow (canulestroom)	Cannula Pressure (canuledruk)	Het canulestroomsignaal is een kwalitatief signaal dat afgeleid wordt uit het ruwe neuscanuledruksignaal en heeft de eenheid [cmH ₂ O]. Het neuscanuledruksignaal is gefilterd met een laagdoorlaatfilter op 3 Hz en vervolgens wordt het canulestroomsignaal uit een non-lineaire transformatie afgeleid.

Cannula Snore (canule snurken)	Cannula Pressure (canuledruk)	Het snurksignaal (Cannula Snore) wordt afgeleid door een ruw neuscanuledruksignaal of luchtstroomsignaal te filteren met een hoogdoorlaatfilter.
EMG Frontalis	E1-E3 en E2-E4	Het EMG frontalis-links signaal komt overeen met het herbepaalde referentiesignaal E1-E3 en het EMG frontalis-rechts signaal komt overeen met het herbepaalde referentiesignaal E2-E4
Stroombeperking	Cannula Pressure (canuledruk)	Het stroombeperkingssignaal wordt afgeleid door middel van een rekenkundige formule voor het berekenen van de vlakheid van een inademing.
Heart Rate (Hartslag)	ECG	Een algoritme voor de detectie van R-golven wordt uitgevoerd om elke hartslag in het ECG-signaal te detecteren. De directe hartslag is de wederkerigheid van de intervallen tussen opeenvolgende hartslagen. Het hartslagssignaal heeft de eenheid [bpm] (beats per minute (slagen per minuut)).
Mask Pressure (maskerdruk)	Raw Pressure (Ruwe druk)	Het maskerdruksignaal wordt berekend op T3- en A1-apparaten, maar in latere versies van de apparaten wordt het maskerdruksignaal berekend in Noxturnal met behulp van het Raw Pressure-signaal, als het maskerdrukkanaal is opgenomen in het apparaatprofiel voor de registratie. De maskerdruk moet identiek zijn aan het signaal voor ruwe druk, maar met een ander signaaltype
Nasal Pressure (Nasale druk)	Raw Pressure (Ruwe druk)	Het neusdruksignaal wordt berekend op T3- en A1-apparaten, maar in latere versies van de apparaten wordt het neusdruksignaal berekend in Noxturnal met behulp van het Raw Pressure-signaal, als het maskerdrukkanaal is opgenomen in het apparaatprofiel voor de registratie. Het ruwe druksignaal wordt gefilterd met een hoogdoorlaatfilter om het nasale druksignaal te creëren.
Houding	Gravity X en Gravity Y (Zwaartekracht X en zwaartekracht Y)	Een indicatie van de houding van de patiënt om onderscheid te maken tussen rechtop, rugligging, buikligging, links of rechts. Het Position-signaal wordt afgeleid van Gravity X en Gravity Y en geeft de rotatiehoek van het lichaam weer. Het varieert van -180° tot 180° en is 0° als de patiënt recht omhoog kijkt.
PTT	ECG en Pleth	PTT, of pulsdooorgangstijd, wordt gedefinieerd als de tijd tussen een R-golf in het ECG en een overeenkomstige stijging van 50% van het pleth-signaal (fotoplethysmografiesignaal van de oximeter) vanaf het dieptepunt.
Pulse Wave Amplitude (puls golfamplitude)	Plethysmogram	Pulse Waveform Amplitude (PWA) is een signaal die de piek-tot-piek-waarde van een pulsgolfvorm (het fotoplethysmografie-signaal van de oximeter) weergeeft door middel van de methode bemonsteren en vasthouden voor de duur van de golf. De eenheid is [k].

RIP Sum (RIP-som)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	De RIP Sum [V] wordt berekend als de som van het RIP-buiksignaal en het RIP-thoraxsignaal.
RIP Flow (RIP-stroom)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	De bandstroom wordt berekend uit een afleiding van de som van het RIP-buiksignaal en het RIP-thoraxsignaal en heeft de eenheid [V/s].
RIP K (RIP-K)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	Voor een nauwkeuriger schatting van de werkelijke ademhalingsstroom uit het RIP Abdomen-signaal en het RIP Thorax-signaal, moet het RIP-buiksignaal met behulp van een kalibratiefactor worden geschaald. Deze kalibratiefactor wordt opgeslagen als het afgeleide signaal K. De K wordt gevonden door de optimale waarde te vinden waarmee de beste correlatie tussen de afgeleide RIP-stroom en een referentie-pneumostroom tot stand komt.
RIP Phase (RIP-fase)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	Het faseverschil tussen de Rip-buikbanden en de RIP-thoraxbanden. Het fasesignaal varieert van 0° tot 180°. De RIP-Phase wordt weergegeven als een signaal dat met de RIP-buikbanden en de RIP-thoraxbanden is gesynchroniseerd.
RIP Inductance en Fast RIP Inductance (RIP-inductantie en snelle RIP-inductantie)	Raw RIP counters (Ruwe RIP-tellers)	De RIP-inductantiesignalen worden berekend op A1-apparaten, maar in latere versies van de apparaten worden de RIP-inductantiesignalen berekend in Noxturnal met behulp van de Abdomen Raw- en Thorax Raw-signalen (ruwe buik- en thoraxsignalen). Er wordt een overdrachtsfunctie toegepast op de ruwe signalen, die de resonantiefrequentie van de RIP-banden meten, om de inductantie van de banden te schatten. Er zijn twee versies van elk RIP-inductantiesignaal beschikbaar, een bemonsterd op 25 Hz en de andere op 200 Hz.
RIP en Fast RIP (Snelle RIP)	Raw RIP counters (Ruwe RIP-tellers)	De RIP-signalen worden berekend op A1- en T3-apparaten, maar in latere versies van de apparaten worden de RIP-signalen berekend in Noxturnal met behulp van de Abdomen Raw- en Thorax Raw-signalen (ruwe buik- en thoraxsignalen). De ruwe RIP-signalen worden gefilterd met een hoogdoorlaatfilter om de RIP-signalen te creëren. Er zijn twee versies van elk RIP-signaal beschikbaar, één bemonsterd op 25 Hz en de andere op 200 Hz.
Referentie-EEG	EEG-signalen	Het referentie-EEG-signaal is een gemiddelde van twee of meer EEG-inputsignalen.
Respiratory Rate (ademhalingsfrequentie)	RIP Abdomen (RIP-buik) en RIP Thorax (RIP-thorax)	Het ademhalingsfrequentiesignaal wordt afgeleid van het RIP Sum-signaal (afgeleid signaal). De ademhalingsfrequentie wordt weergegeven als ademhalingen per minuut [rpm].

Set Pressure (ingestelde druk)	Mask Pressure (maskerdruk)	Het Set Pressure-sigitaal wordt afgeleid van het Mask Pressure-sigitaal. Het toont de meest gangbare maskerdruk over een 5-seconden-interval.
TcCO ₂ [Pa]	TcCO ₂	Het sigitaal, dat wordt ontvangen van een transcutaan CO ₂ -apparaat, heeft de eenheid [torr]. Het nieuwe TcCO ₂ -sigitaal, met de eenheid [Pa], wordt berekend met behulp van de schalingsfactor 133,3 Pa/torr.

Automatisch analyseoverzicht

Er zijn klinische prestatietesten uitgevoerd op de automatische analyse die in Noxturnal plaatsvindt om de veiligheid en effectiviteit aan te tonen. De klinische prestatietesten bestonden uit het achteraf analyseren van bestaande klinische gegevens uit slaaponderzoeken die al eerder waren verzameld en waaraan handmatig scores waren toegekend als onderdeel van normale klinische zorg. Alle scoretoekenners waren gekwalificeerde polysomnografie-technologen en hebben de scoretoekenningsrichtlijnen van de AASM (American Academy of Sleep Medicine) gevolgd. Het onderzoeksprotocol bestond uit het exporteren van de gerapporteerde indices/voorvallen uit de bestaande handmatige scoretoekenning en het vervolgens draaien van de automatische analyse in Noxturnal op dezelfde klinische gegevens. De resultaten van de automatische scoretoekenning werden geëxporteerd en vergeleken met de resultaten van de handmatig toegekende scores. De algemene conclusie van de klinische prestatietesten is dat de automatische analysetools van Noxturnal acceptabel zijn als scoretoekenningshulpmiddel in de klinische routine voor het klinische doel zoals gespecificeerd voor elke analyse in de tabel hieronder.

De automatische analyse is gevalideerd voor klinische slaapregistraties van een algemene volwassenenpopulatie.

Naam, doel, indices, voorvallen	Klinische aandoening	Overzicht
<u>Bruxisme-analyse</u> Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het toekennen van scores aan EMG-gegevens op een manier die overeenkomt met mogelijke bruxisme-gerelateerde voorvallen door mandibulaire bewegingen die zijn gemeten door een EMG van de kauwspieren te labelen voor beoordeling en bevestiging door een opgeleide zorgverlener. <u>Beperkingen</u>: Het is bekend dat de analyse het aantal bruxisme-voorvallen overschat en gemiddeld moeten mogelijk 42% van de automatisch gescoorde voorvallen handmatig worden verwijderd. Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de	Kaaksamentrekkingen tijdens de slaap. Kaaksamentrekkingen (mogelijke bruxisme-gerelateerde voorvallen) worden geclassificeerd als tonisch (aanhoudend dichtklemmende samentrekkingen) of fasegewijs (herhaaldelijke korte samentrekkingen).	Het algoritme gebruikt een EMG-sigitaal van de kauwspieren en het activiteitssigitaal. Perioden van tijdelijk verhoogde kauwspieractiviteit worden gevonden en gescoord als uitbarstingen. Als de gescoorde uitbarstingen binnen het patroon van tonische of fasegewijze bruxisme-episodes passen, worden deze als zodanig gescoord zoals gedefinieerd door de AASM-richtlijnen. Standaard worden bruxisme-episodes genegeerd als deze samenvallen met patiëntbeweging, dit wordt gekenmerkt door een verhoging van het activiteitssigitaal.

resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerde technicus of een arts worden beoordeeld. <u>Gescoorde index:</u> Bruxism Episode Index (BEI (Bruxisme-episodesindex)) - aantal bruxisme-episodes per slaapuur		
<u>PLM-analyse</u> Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het scoren van voorvallen van periodieke ledemaatbewegingen. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>Gescoorde indices:</u> Limb Movement Index (LMI (ledemaatbewegingsindex)) - aantal ledemaatbewegingen per slaapuur Periodic Limb Movement Index (PLMS (periodieke ledemaatbewegingsindex)) - aantal periodieke ledemaatbewegingen per slaapuur	<u>Ledemaatbewegingen tijdens de slaap:</u> Perioden, tijdens de slaap, die 0,5-10 seconden duren, waarbij de spierspanning in een ledemaat, meestal gemeten in de scheenbeenspier, is verhoogd ten opzichte van de nulmeting. <u>Periodieke ledemaatbeweging tijdens de slaap:</u> Een periode tijdens de slaap met minimaal 4 ledemaatbewegingsvoorvallen met intervallen van 5 tot 90 seconden.	Het ledemaatbewegingsalgoritme maakt gebruik van EMG-signalen van het linker- en rechterbeen om perioden te identificeren waarin de spierspanning is verhoogd. Daarnaast wordt het activiteitssignaal gebruikt voor het detecteren van patiëntactiviteit. De PLM-analyse lokaliseert voorvallen van hoge spieractiviteit of kinetische activiteit en identificeert deze als voorvallen (van ledemaatbeweging). Deze worden vervolgens gebruikt om vast te stellen of er PLM-voorvallen (voorvallen van periodieke ledemaatbeweging) aanwezig zijn. De analyse volgt de richtlijnen die door de AASM zijn uiteengezet.
<u>Analyse van de ademhalingsstroom (gekalibreerde RIP, canule)¹</u> 1) Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het scoren van apneus, hypopneus (door middel van de gekalibreerde RIP, canule) en desaturatievoorvallen van de oximeter. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten altijd door een	<u>Apneus tijdens de slaap:</u> Perioden van langer dan 10 seconden waarin een patiënt stopt met ademen. <u>Hypopneus tijdens de slaap:</u> Perioden van langer dan 10 seconden waarin een patiënt significant minder ademhaalt. <u>Zuurstofdesaturatie tijdens de slaap:</u> Perioden waarbij de zuurstofsaturatie van het arteriële bloed van een patiënt meer dan 3% onder de nulmeting komt.	1) Het Apneu/Hypopneu-algoritme (AHI-algoritme) gebruikt, waar van toepassing, het signaal van de ademhalingscanulestroom of van de gekalibreerde RIP-stroom van de ademhaling, afhankelijk van de analyse-uitvoering. Het algoritme kan gescoorde voorvallen in de EEG gebruiken voor het toekennen van een score aan hypopneus. De gescoorde EEG-voorvallen zijn arousals tijdens de slaap waaraan handmatig scores zijn toegekend. Het algoritme

¹ Inclusief de AHI- en ODI-algoritmes en het Apneuclassificatie-algoritme

gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>Gescoorde indices:</u> Apnea Hypopnea Index (AHI (apneu hypopneu-index)) - aantal apneus en hypopneus per slaapuur Apnea Index (AI (apneu-index)) - aantal apneus per slaapuur Hypopnea Index (HI (hypopneu-index)) - aantal hypopneus per slaapuur Oxygen Desaturation Index (ODI (zuurstofdesaturatie-index)) - aantal voorvallen van zuurstofdesaturatie per slaapuur. 2) Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het classificeren van apneus in centrale apneus, gemengde apneus of geen van beide. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>Gescoorde indices:</u> Central Apnea Index (CAI (centrale apneu-index)) - aantal centrale apneus en hypopneus per slaapuur Mixed Apnea Index (MAI (gemengde apneu-index)) - aantal gemengde apneus per slaapuur Central Mixed Apnea Index (CMAI (centrale gemengde apneu-index)) - aantal centrale en gemengde apneus per slaapuur	<u>Centrale apneus tijdens de slaap:</u> Perioden van 10 seconden of langer waarbij een patiënt stopt met ademen en er geen ademhalingsinspanning is. <u>Gemengde apneus tijdens de slaap:</u> Perioden van 10 seconden of langer waarbij een patiënt stopt met ademen. Ademhalingsinspanning is afwezig aan het begin van de periode, maar aanwezig aan het einde van de periode.	gebruikt ook een SpO2-sigitaal, gemeten door een oximeter, voor het vinden van desaturatievoorvallen die worden gebruikt voor toekennen van scores aan hypopneus. Het algoritme kent echter geen scores toe aan de desaturatievoorvallen. Het AHI-algoritme bepaalt of een patiënt normaal ademt, of de ademhaling significant is verminderd, resulterend in een hypopneu of dat een patiënt niet ademhaalt, resulterend in een apneu. Als de ademhaling significant is verminderd, controleert het algoritme voor het toekennen van een score aan een hypopneu of er een arousal is of een daling in het zuurstofgehalte van het bloed die verband houdt met de verminderde ademhaling. <u>Het Desaturatie-algoritme</u> (ODI-algoritme) gebruikt een SpO2-sigitaal dat gemeten wordt door een oximeter om vast te stellen of er een daling van 3% of meer is in het zuurstofgehalte van het bloed. De analyse volgt de richtlijnen die door de AASM zijn uiteengezet. 2) Het <u>Apnea Classification-algoritme</u> (apneuclassificatie-algoritme) gebruikt een ademhalingsstroomsigitaal en daarnaast ook de Respiratory Inductance Plethysmography-signalen (RIP-signalen (ademhalingsinductantie-plethysmografie-signalen)) van de buik en de thorax. Het Apneuclassificatie-algoritme classificeert de apneus die van een score zijn voorzien als centraal of gemengd als de ademhalingsinspanning afwezig is tijdens de apneu, of als geen van beide. De analyse volgt de richtlijnen die door de AASM zijn uiteengezet.
--	--	---

<u>Analyse van slaapstadiëring</u> Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het toekennen van scores aan slaapstadia om zo de totale slaapduur te schatten. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. De volgende voorvallen worden van scores voorzien: slaapstadium W (Wakker), stadium N1, stadium N2, stadium N3 en stadium R (REM).	Het patroon van slaapstadia wordt gebruikt om te analyseren hoe iemand slaapt en <u>voor het bepalen van afwijkingen in het slaapprofiel die kunnen duiden op slaapstoornissen.</u>	Het algoritme maakt gebruik van elektro-encefalografiesignalen (EEG-signalen), elektro-oculogramsignalen (EOG-signalen), het activiteitssignaal en een submentaal electromyografiesignaal (EMG-signaal) voor het vooraf scoren van slaapstadia volgens de handleiding van de AASM. Het algoritme wordt toegepast met een kunstmatig neurale netwerk. Verschillende functies worden berekend aan de hand van de EEG, de EOG, het activiteitssignaal en de submentale EMG en worden in het neurale netwerk ingevoerd. Deze komt terug met slaapstadia in perioden van 30 seconden, om zo het handmatig toekennen van scores aan slaapstadia te simuleren.
<u>Arousal-analyse</u> Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het toekennen van scores aan arousals om zo het toekennen van scores aan hypopneus te verbeteren. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>De volgende voorvallen worden van scores voorzien:</u> Arousals gedetecteerd in de EEG-signalen.	<u>Arousals tijdens de slaap:</u> Plotselinge verandering in de EEG-frequentie die 3 tot 10 seconden duurt na 10 seconden van stabiele slaap. De resulterende arousal-index wordt gebruikt voor het detecteren van afwijkingen in het slaapprofiel die kunnen duiden op slaapstoornissen. Er wordt rekening gehouden met arousals bij het detecteren van hypopneus en ze zijn daarom gerelateerd aan de apneu-hypopneu-index (AHI).	Het algoritme maakt gebruik van elektro-encefalografiesignalen (EEG-signalen) en elektro-oculogramsignalen (EOG-signalen) voor het vooraf scoren van arousals volgens de handleiding van de AASM. Het algoritme wordt toegepast met een kunstmatig neurale netwerk. De geregistreerde rauwe EEG- en EOG-signalen worden in het kunstmatige neurale netwerk ingevoerd. Deze komt terug met voorvallen waar arousals optreden, om zo het handmatig toekennen van arousalscores te simuleren.
<u>Nox BodySleep-analyse</u> Het <u>klinische doel</u> is het verkrijgen van een nauwkeuriger schatting van de slaapduur tijdens een thuislaaponderzoek door het juist classificeren van wakkerheid in een thuislaaponderzoek. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de	De slaapduur wordt gebruikt als metriek bij het berekenen van AHI (apneu-hypopneu-index) tijdens de slaap en kan ook worden gebruikt voor het beoordelen van slaapduur voor het vaststellen van afwijkingen in het slaapprofiel die kunnen duiden op slaapstoornissen.	De "Nox BodySleep" is een methode van kunstmatige intelligentie (AI, artificial intelligence) waarmee tijdvakken van 30 seconden kunnen worden geclassificeerd in de stadia REM-slaap, NREM-slaap en Wakker. Het maakt gebruik van de ademhalingsinductantie-plethysmografie-signalen (RIP-signalen) en actigrafie voor het

automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>De volgende voorvallen worden van scores voorzien:</u> slaapstadium Wakker, slaapstadium NREM en slaapstadium REM.		meten van de invloed van verandering in de staat van de hersenen op het lichaam. Het gebruikt deze signalen voor het inschatten van de slaapstadia.
<u>SAS-analyse van slaapstadiëring</u> Het klinische doel is het verbeteren van de effectiviteit van het toekennen van scores aan slaapstadia om zo de totale slaapduur te schatten. Beperkingen: Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. De volgende voorvallen worden van scores voorzien: slaapstadium W (Wakker), stadium N1, stadium N2, stadium N3 en stadium R (REM).	Het patroon van slaapstadia wordt gebruikt om te analyseren hoe iemand slaapt en <u>voor het bepalen van afwijkingen in het slaapprofiel die kunnen duiden op slaapstoornissen.</u>	Het algoritme maakt gebruik van elektro-encefalografiesignalen (EEG-signalen), elektro-oculogramsignalen (EOG-signalen) en frontalis electromyografiesignalen (EMG-signalen) voor het vooraf scoren van slaapstadia volgens de handleiding van de AASM. Het algoritme wordt toegepast met een kunstmatig neurale netwerk. De geregistreerde rauwe EEG- en EOG-signalen worden in het kunstmatige neurale netwerk ingevoerd. Deze komt terug met slaapstadia in perioden van 30 seconden, om zo het handmatig toekennen van scores aan slaapstadia te simuleren.
<u>SAS-analyse van arousals</u> Het <u>klinische doel</u> is het verbeteren van de effectiviteit van het toekennen van scores aan arousals om zo het toekennen van scores aan hypopneus te verbeteren. <u>Beperkingen:</u> Voordat een diagnose wordt gesteld moeten de resultaten van de automatische analyse altijd door een gecertificeerd technicus of een arts worden beoordeeld. <u>De volgende voorvallen worden van scores voorzien:</u> Arousals gedetecteerd in de EEG-signalen.	<u>Arousals tijdens de slaap:</u> Plotselinge verandering in de EEG-frequentie die 3 tot 10 seconden duurt na 10 seconden van stabiele slaap. De resulterende arousal-index wordt gebruikt voor het detecteren van afwijkingen in het slaapprofiel die kunnen duiden op slaapstoornissen. Er wordt rekening gehouden met arousals bij het detecteren van hypopneus en ze zijn daarom gerelateerd aan de apneu-hypopneu-index (AHI).	Het algoritme maakt gebruik van elektro-encefalografiesignalen (EEG-signalen), elektro-oculogramsignalen (EOG-signalen) en frontalis electromyografiesignalen (EMG-signalen) voor het vooraf scoren van arousals volgens de handleiding van de AASM. Het algoritme wordt toegepast met een kunstmatig neurale netwerk. De geregistreerde rauwe EEG- en EOG-signalen worden in het kunstmatige neurale netwerk ingevoerd. Deze komt terug met voorvallen waar arousals optreden, om zo het handmatig toekennen van arousalscores te simuleren.